

清丰县双庙乡卫生院医疗设备自行采购项目 公开招标文件

招标编号：ZTZB-2022-134



采 购 人：清丰县双庙乡卫生院

代理机构：中图工程项目管理有限公司

开标日期：2022年8月29日



目 录

第一章	招标公告	1
第二章	项目清单及技术参数要求	5
第三章	投标人须知	11
第四章	评标办法	22
第五章	投标文件格式	26
第六章	政府采购合同条款	40

第一章 公开招标公告

一、采购项目名称：清丰县双庙乡卫生院医疗设备自行采购项目

二、采购项目编号：ZTZB-2022-134

三、项目预算金额（最高限价）：150 万元（自筹资金）；

四、采购需求：

1、采购内容：全自动生化分析仪 1 台、全自动凝血分析仪 1 台、血流变分析仪 1 台、全自动血细胞分析仪 1 台、原子吸收法微量元素 1 台、彩色多普勒超声诊断系统 1 台、免疫定量分析仪 1 台（详细参数见采购文件）

2、标包划分：一个标包

3、供货期：合同签订后 30 日历天供货完毕。

4、质量要求：合格

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1 为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”的规定，给予中小型企业供应商的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），提供有效证明材料（相关行业行政主管部门开具的有效认定意见或按照“工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额、财务报表和县级及以上工信部门出具的文件证明）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）；

5.2 监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

5.3 没有提供中小企业、监狱企业有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审；

5.4 政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；

六、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力，投标人须具备独立法人资格、具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书），

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度财务审计报告（注册时间不足一年须提供完善的财务制度证明）或提供银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年以来任意三个月依法缴纳税收凭证和社会保障资金的缴纳凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章）；

2. 据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标投标活动，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人或代理机构负责查询，投标人不需提供查询证明或截图）

3. 具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》）

4. 本项目（是/否）接受联合体：否

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前

2、地点：濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）下载招标文件；

注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

①办理数字证书：在濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）上查看办事指南，准备办证资料，联系电话（濮阳）：16639338626；联系电话（郑州）：0371-85519951，办公时间：工作日周一至周五上午 9：00-12:00 下午 14:00-18:00（支持网上或者现场办理）。

② 供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。

4、售价：0 元

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1、时间：2022 年 8 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心 2 楼开标室。

十、开标日期及地点：

1、时间：2022 年 8 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）

2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心 2 楼开标室；

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活

动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyggzy.com/>（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

4、远程解密时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布。公开招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

1、 采购人： 清丰县双庙乡卫生院

联系人：李兆欣

联系方式：13461799909

地 址：清丰县双庙乡西街

2、 采购代理机构：中图工程项目管理有限公司

联系人：郭芳芳

电话：0393-6970005

地址：濮阳市濮上路北段 001 号

发布人：中图工程项目管理有限公司

发布时间：2022 年 8 月 8 日

第二章 项目清单及技术参数要求

一、彩色多普勒超声诊断系统

1. 用途说明:

腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

2. 系统技术规格及概述:

- 2.1. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
- 2.2. *采用 Windows 系统, 不接受其他操作系统。
- 2.3. ≥ 19 寸高分辨率彩色液晶显示器
- 2.4. ≥ 10.4 寸高灵敏度防反光彩色触摸屏
- 2.5. *控制面板可独立旋转和升降
- 2.6. 数字波束增强器
- 2.7. *探头接口 ≥ 4 个, 探头接口位于主机机箱正前方, 控制面板下方
- 2.8. M 型模式
- 2.9. 彩色 M 型模式
- 2.10. 曲线 M 型模式
- 2.11. 彩色多普勒成像
- 2.12. 频谱多普勒成像
- 2.13. 组织多普勒成像
- 2.14. 负荷成像
- 2.15. 自由臂三维成像
- 2.16. 四维成像
- 2.17. 弹性成像
- 2.18. *宽景成像
- 2.19. *扩展成像
- 2.20. 实时双幅对比成像
- 2.21. 全屏放大
- 2.22. *自动产科测量, 自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标
- 2.23. *自动 NT 测量
- 2.24. *血管内中膜自动测量, 可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果, 并具备专业的评估报告和历史回顾分析功能
- 2.25. 支持组织多普勒成像: 要求同时支持速度图、能量图、频谱、M 型 4 种成像模式
- 2.26. 穿刺针增强技术
- 2.27. *原始数据处理, 可处理参数 B 模式 14 种、M 模式 6 种、彩色模式 9 种、PW 模式 13 种。
- 2.28. ≥ 5 个 USB 接口
- 2.29. 支持语言, 英语, 中文 (包括键盘输入、注释、操作面板等)
- 2.30. 支持手动触摸屏上包络测量
- 2.31. *自助超声教学系统, 帮助医生更快掌握超声扫查的手法, 实现标准化
- 2.32. *支持移动终端系统: 超声设备与智能设备无线连接, 通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑, 方便医生会诊。

3. 电影回放和原始数据处理

*支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 ≥ 5 分钟的电影

3.1.*原始数据处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数 B 模式 14 种、M 模式 6 种、彩色模式 9 种、PW 模式 13 种。

3.2.*可选配同品牌的超声影像管理系统（超声工作站），此工作站具有图像采集，图像后处理功能，病例库功能，病例报告的生成、打印和存储，

4. 安全和认证

*经 CE、FDA 认证，提供证明材料

5. 系统技术参数及要求

5.1. 主机重量 $\leq 100\text{Kg}$ ，方便移动

5.2. 探头接口 ≥ 4 个已激活、通用探头接口

接收方式：发射、接收通道 ≥ 1024 ，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度 ≥ 230 超声线

扫描频率：

电子凸阵：超声频率 1.5-5.5 MHz

电子相控阵：超声频率 1.5-5.0MHz

电子线阵：超声频率 5.0-13.0MHz

6.2.2 最大显示深度： $\geq 36\text{cm}$

6.2.3 TGC： ≥ 8 段

6.2.4*LGC： ≥ 6 段

二维灰阶： ≥ 256

动态范围： ≥ 160 ，步进为 5

5.3. 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

*取样框偏转： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）

频谱多普勒模式

最大速度： $\geq 7.60\text{m/s}$ （连续多普勒速度： $\geq 30\text{m/s}$ ）

最小速度： $\leq 1\text{ mm /s}$ （非噪声信号）

5.4. 组织多普勒成像

6. 外设和附件

6.1.*配备主机一体化耦合剂加热器

6.2. 探头放置架大于或等于 6 个，每个探头放置架左右可换

6.3. 支持脚踏开关

6.4. 支持生理信号：ECG

二、全自动凝血分析仪

1. ★测试原理：磁珠法和免疫比浊法
2. 测试速度： 200PT/H
3. ★D 二聚体检测速度： 60 T/H
4. 重复性误差：不大于 3%
5. 温度稳定性：±0.2℃
6. 凝固法检测通道： ≥4 个
7. ★免疫比浊法检测通道： ≥3 个独立通道
8. ★预温通道： ≥10 个
9. 急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位
10. ★标本位： ≥60 个，均带 LED 指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管
11. ★试剂位： ≥10 个，均带 LED 指示灯，带试剂冷藏
12. 测试杯： ≥1000 个含钢珠测试杯自动单个连续导入
13. 加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制
14. 传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；
15. 自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验
16. 自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释
17. 质控体系：用户可定义的质量控制程序
18. 操作界面：视窗中文操作平台

三、全自动生化分析仪

1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
2. *分析速度：生化项目比色恒速 $\geq 800\text{T/H}$ （不含 ISE）
3. 同时分析项目 ≥ 175 个
4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)
5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持 1-4 试剂项目
6. *常规样本位：单盘实物 ≥ 180 个样本位；
7. 样本量： $1.5\mu\text{L} \sim 35\mu\text{L}$ ， $0.1\mu\text{L}$ 步进；
8. 试剂位 ≥ 175 个
9. 试剂盘制冷温度： $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$ ；
10. 试剂量： $10\mu\text{L} \sim 200\mu\text{L}$ ， $0.5\mu\text{L}$ 步进；
11. 搅拌杆：2 个
12. 反应杯位 ≥ 165 个, 光径 5mm；
13. *最小总反应体积： $\leq 80\mu\text{L}$
14. *温控方式：采用非水浴温控方式，无需添加抑菌剂，无需更换温浴油等，免除日常维护保养剂，免维护免保养；
15. 比色杯清洗：自动温水清洗，清洗针 ≥ 8 排，
16. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统
17. 波长： $340 \sim 850\text{nm}$ ， ≥ 14 个波长
18. *吸光度线性范围： $0 \sim 3.5 \text{ Abs}$ ；
19. *样品携带污染率： $\leq 0.05\%$ ；
20. 支持 HbA1c 全血测试功能
21. *校准要求：独立注册原厂校准品，满足溯源性要求
22. 具有酶线性拓展功能
23. 支持一个项目放置多套试剂

24. 试剂在线装载功能：具备试剂在线装载功能，保证测试的连续性

四、原子吸收法微量元素

序号	参数
*1	方法学：原子吸收光谱法
2	技术：应用多通道夹角技术，保证了检测结果的准确性及稳定性
3	光源：两个及以上复合元素灯
4	雾化器：高效金属雾化器
*5	可提供与仪器配套使用的全套试剂（包括检测试剂、校准品、质控品），并取得医疗器械注册认证（二类）
6	具有国家二级标准物质
7	安全措施：采用三重保护装置（防回火器、压力控制、流量监视）
8	检测样本类型及用量：全血 40 微升
*9	检测元素种类：一次进样, 可以同时测试铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量
10	检测时间：小于 4s
11	通道数：五通道
12	精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的不精密度不大于 1.0% (Abs>0.1)
13	光学单色器：全息光栅单色器
14	原子化器：预混合型 100mm 单缝全钛燃烧器
15	波长范围：190 -650nm
16	光谱带宽：0.15-2.0nm
17	吸光度：0 -2 Abs
*18	基线稳定性：每 30min 内各线基线稳定性不应超过 0.005Abs
19	检出限：铜的检出限 $\leq 0.02\mu\text{g/mL}$
20	测量结果：操作软件自动计算、整理、存储并打印，并可与 LIS 系统无缝连接

五、全自动血液细胞分析仪

1. ★检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定
2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
3. ★检测参数：≥25 项可报告参数（不含散点图和直方图）
4. ★研究参数：≥6 项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
5. 进样方式：全自动进样，封闭进样
6. ★检测模式：具有独立五分类、独立 CRP、五分类+CRP 三种或以上全血检测模式
7. 进样器容量：≥40 个，可随时添加样本
8. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
9. ★样本用量：五分类+CRP 全血模式≤40μ l，CRP 全血模式≤20μ l
10. ★检测速度：五分类+CRP 全血模式≥50 个样本/小时
11. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能
12. WBC 线性范围：0~400×10⁹/L
13. *CRP 线性范围：0.4~320mg/L
14. CRP 携带污染：≤1.0%
15. 操作系统：全中文操作分析报告软件
16. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
17. 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，保证结果溯源性

六、免疫定量分析仪

1. 产地：原装生产配送，国内有 CFDA 等权威认证。
2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与 CFDA 注册登记表一致。
- *3. 画面显示： ≥ 14 英寸彩色液晶显示屏。
4. 操作方式：触摸操作，也可键盘鼠标操作。
5. 仪器小巧，体积应 $\leq 420\text{mm} \times 420\text{mm} \times 420\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。
6. 便于运输和安装，裸机重量应 $\leq 20\text{Kg}$ 。
7. 外接口包括 USB 接口，以太网接口，通信接口等。
8. 数据传输：可连接 LIS 系统。
9. 储存空间：可储存 ≥ 100000 条检测结果。
10. 软件升级：可通过互联网或 U 盘对软件进行更新升级。
11. 打印模式：外接 USB 打印机，可自定义打印模板。
12. 样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。
- **13. 测试速度： $\geq 120\text{T/H}$ 。
- **14. 通道数： ≥ 20 个，支持急诊功能。
15. 检测模式：孵育检测
16. 校准模式：自动校准。
- *17. 试剂卡识别：条形码自动识别。
- *18. 温度控制系统：具有孵育位恒温加热，提供稳定的检测环境。
- *19. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。
- **20. 检测方法：时间分辨荧光免疫技术。
- *21. 检测时间：3-10 分钟内出检测结果。
- *22. 稳定的光电信号通路，光学 CV 值： $< 1\%$
23. 电源条件：220V 50Hz
24. 环境温度： $10^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$
25. 环境湿度： $30\% - 85\%$

26. 大气压：700 hPa-1060 hPa

7、血流变分析仪招标参数

- 1、切变率范围:1/S-200/S;
- 2、粘度范围：0mpa. s-60mpa. s;
- 3、检测温度：37℃±0.5℃;
- 4、重复性误差:全血高切 ≤1.0%; 全血低切≤1.0%; 血浆 ≤1.0%;
- 5、全血检测用量:≤1.0ml; 血浆恒定用量:≤1.0ml
- 6、检测原理：采用压力传感技术检测全血和血浆;
- 7、自动定量：光敏技术实现样品用量恒定定量检测;
- 8、具有原厂全血及血浆质控物，全血标准质控物需具高、中、低三种或以上并取得注册证;
- 9、检测指标：能测试切变率 200/S、150/S、60/S、30/S、10/S、5/S、3/S、1/S 对应的全血粘度;能同步完成红细胞压积、纤维蛋白原、红细胞电泳时间的测试;
- 10、质量控制:标准质控物完成国家食药监局认证,确保临床检测全血及血浆的批间和批内误差;
- 11、混匀功能：全血样品检测采用气压式无损混匀，不破坏红细胞(也可选择吸吐式混匀);
- 12、液面探针功能：血浆标本无需单独分离;
- 13、检测孔位》20 个;
- 14、样品异常报警功能：测试过程中样品质量(如溶血、血凝块、异物等)异常，设备自动报警提示;
- 16、设备自动清洗、报警功能样品检测完毕后自动清洗检测装置及吸样针内外壁，清洗液存量完毕自动报警提示;
- 17、设备故障自动诊断功能：硬件故障测试，气路密封性、压力采样、管路清洁

度等检测；

18、河南省三甲医院客户大于等于五家。

第三章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	采 购 人：清丰县双庙乡卫生院 联 系 人：李先生 联系电话： 13461799909
2	招标代理机构	招标代理机构：中图工程项目管理有限公司 联系人：郭芳芳 联系方式：0393-6970005
3	项目名称	清丰县双庙乡卫生院医疗设备自行采购项目
4	资金来源	自筹资金。
5	最高限价	150 万元
6	供货期	合同签订后30日历天供货完毕
7	质量标准	合格
8	付款方式	以签订合同为准
9	售后要求	质保期：1 年
10	合格投标人的 资格条件	见公告
11	是否接受联合体 投标	不接受
12	信用查询	1. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
13	踏勘现场	自行勘察
14	投标预备会	不召开
15	投标人提出问题的 截止时间	投标截止时间前 10 天

16	招标人修改、澄清的时间	投标截止时间 15 天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
17	偏离	招标参数中带符号标记的技术参数为基本要求不允许负偏离
18	构成招标文件的其他资料	/
19	投标截止时间	2022 年 8 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）
20	构成投标文件的其他资料	投标人认为需要提供的其他证明材料
21	投标有效期	自投标截止之日起 <u>60</u> 日历天
22	是否允许递交备选投标方案	不允许
23	报价要求	报价唯一且不超过最高限价
24	投标文件份数	投标文件正本 1 份（中标人中标后提供）
25	电子投标文件编制要求	1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。 2. 根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击下载专区） 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，由投标人自行负责。
26	电子投标文件递交方式	1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。

		2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传, 投标截止时间前未完成电子投标文件上传的, 视为投标无效。
27	电子标书解密方式	解密方式: 远程解密 远程解密(解密时间自开标时间始30分钟结束), 由于投标人(供应商)错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功, 责任均由投标人(供应商)自行承担。给各潜在投标人(供应商)带来不便, 请谅解。
28	签字或盖章及要求	电子投标文件投标人必须进行电子签章并加签投标人机构 CA 数字证书、法定代表人个人 CA 数字证书。
29	封套上应载明的信息	/
30	递交投标文件地点	见公告
31	是否退还投标文件	否
32	开标时间和地点	见公告
33	资格审查委员会及评标委员会	1、资格审查委员会: 由采购人或代理机构负责资格审查 2、评标委员会: 共 <u>5</u> 人, 其中采购人代表 <u>1</u> 人, 在河南政府采购专家库中随机抽取经济专家 <u>1</u> 人、技术专家 <u>3</u> 人。
34	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人数量: 1- <u>3</u> 人。
35	对招标人的纪律要求	招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
36	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标; 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

37	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
38	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。
39	询问和质疑	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑材料包含质疑函、法定代表人授权委托书、被授权人合同及社保、质疑供应商营业执照等材料。
40	政府采购政策	1、优先采购节能环保产品：是； 2、强制采购节能产品：是； 3、执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）：是， 给予小型和微型企业产品的报价给予 10%的扣除
41	代理服务费收取	按照国家规定收费标准向中标人收取招标代理服务费，参照国家计委计价格[2002]1980 号文件及国家发展改革委员会（发改价格[2015]299 号）规定的收费标准收取
42	验收	供货方依照招标文件内容完成供货后，由采购方依据濮阳市财政局濮采购[2018]6 号文件《濮阳市财政局关于明确政府采购合同履行验收工作事项的通知》及濮阳市财政局濮采购[2020]11 号文件《濮阳市财政局关于强化预算单位采购人主体责任的通知》要求进

		行项目验收
招标文件中若出现释义不明处，以招标人解释为准。		

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

一、总 则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

2、定义

2.1 “采购人”系指清丰县双庙乡卫生院。

2.2 “供应商”系指符合要求的法人。

2.3 “招标代理机构”系指中图工程项目管理有限公司。

2.4 “买方”系指 清丰县双庙乡卫生院，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、项目概况：见公告

4、合格的服务

中标人对合同义务全面负责；对采购范围内全部招标内容全面负责。

5、每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价

每个供应商只能提交一套投标文件和一个投标报价。提交或参与了一套以上投标文件和一个以上投标报价的供应商将使其参与的全部投标文件无效。

6、投标费用

本项目招标文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

7、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

8:投标保证金： /

二、招标文件

9. 招标文件的构成

9.1 招标文件正文部分

9.1.1 招标公告

9.1.2 招标项目基本内容及要求

9.1.3 投标人须知

9.1.4 评标方法

9.2 第二部分:招标文件附件部分

9.2.1 投标文件内容及格式

9.2.2 政府采购合同条款

9.2.3 政府采购合同格式

9.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

10.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11、电子投标文件编制

投标人（供应商）须登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)点击下载专区，下载《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》和《濮阳市政府采购投标文件编制系统》，按照操作说明进行电子投标文件的编制。

12、投标文件的组成

投标文件的编制应包含以下内容：

- 12.1 投标函
- 12.2 投标报价一览表
- 12.3 法定代表人身份证明书
- 12.4 授权委托书
- 12.5 售后服务承诺书
- 12.6 供应商基本情况
- 12.7 关于资格的声明函
- 12.8 反商业贿赂承诺书
- 12.9 中小企业声明函
- 12.10 其他资料

13、投标报价

13.1 供应商报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购单位预算价（最高限价）。

13.2 供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。供应商的投标报价均为目的地交验价，包括所投内容全部价款、相关税款、售后及技术服务费、培训费等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

13.3 供应商应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

13.4 参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

14、投标有效期

投标文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为 60 日历天。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

15、投标文件的签署

15.1 电子投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

四、 投标文件的递交

16、投标文件的密封、标记和递交

投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。

五、开 标

17、开标

开标时间：见投标须知前附表

开标地点：见投标须知前附表

六、评标、定标

18、评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中业主代表 1 人，技术、法律等方面的专家 4人组成，参加评标的专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。

19、评标原则

19.1 公平、公正，科学、择优。

19.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。

19.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

20、投标文件的初审

20.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.2.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.3 投标文件有下列情况之一者，将视为废标：

20.3.1 投标文件中供应商法定代表人或授权委托人没按招标文件要求签字和加盖印章；

20.3.2 投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

20.3.3 投标文件的内容弄虚作假的；

20.3.4 投标文件附有招标人不能接受的条件；

20.3.5 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

20.3.6 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若供应商报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）

20.3.7 根据中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的投标文件相互混装；

注：评审委员会应将废标原因详细指明，在评审表格中注明废标原因

21、投标文件的澄清

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为投标文件的组成部分。

22、评标办法（详见第四章）

23、计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

24、定标

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序向招标人推荐 3 名中标候选人，招标人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，可以按顺序向下确定中标人。

七、 授予合同

25、中标通知

25.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

25.3 对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

26、签订合同

26.1 中标供应商自收到中标通知书之日起 2 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与招标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

26.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.4 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与招标人签订合同，招标人可以根据推荐次序另选中标人。

27、变更采购合同数量的权力.

政府采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

八、其 它

28. 招标代理服务费

本项目招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付, 采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980 号文件及国家发展改革委员会（发改价格[2015]299 号）规定的货物采购收费标准收取。

29. 招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。

30. 供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出（质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉颁发》要求执行）。

31. 未尽事宜按国家有关规定执行。

32. 本招标文件最终解释权归招标人。

第四章 评标办法

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过初审的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术部分得分高低顺序排列。

2、详细评审

2.1 本项目将对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。价格折扣计算公式如下：评标价=投标人报价×（100%-10%）

注：1、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2、没有提供中小企业、监狱企业有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审；

2.2 详细评审：评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况，按下列标准打分。

2.3 本项目中各产品的要求为满足招标人所需产品的基本要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标供应商可以选用不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。

2.4 同一品牌的认定及核心产品的确定：依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，视为提供相同品牌产品。**本项目核心产品为：**彩色多普勒超声诊断系统

初步评审表		
	评审因素	评审标准
形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标函格式	符合第五部分“投标文件格式”的要求
	授权委托书格式	符合第五部分“投标文件格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
资格 评审 标准	营业执照	具有有效企业法人营业执照
	政府采购法第二十二条规定	提供证明材料
	财务要求	符合采购公告要求
	纳税及社保要求	符合采购公告要求
	信用要求	符合采购公告要求
	无重大违法记录书面声明	符合采购公告要求
	其他资质要求	符合采购公告要求
	注：按照法律法规要求由采购人或代理机构对投标人进行资格性审查。	
响应性 评审 标准	投标报价	投标报价不得超过招标预算价
	质量要求	合格
	投标有效期	60 日历天（投标人提交投标文件截止之日起计算）
	供货期	合同签订后 30 日历天供货完毕

评审表

条款号及内容		编列内容
	分值构成 (总分 100 分)	报价部分：30 分 商务部分：30 分 技术部分：40 分
	评分因素	评分标准
2.2.1	投标报价 (30 分)	报价说明：本项目设有招标控制价，高于招标控制价的按无效标处理，不予评议。供应商报价过低且不能做出合理说明的投标按无效标处理，不予评议。 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% 计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。
2.2.2	商务部分 (30 分)	业绩 (6 分) 2019 年以来核心产品(至少一项)的销售业绩，每提供一套有效销售合同得 2 分，最多得 6 分（提供中标通知书原件的扫描件、完整合同原件的扫描件为一套完整合同业绩）。
		售后服务方案 (14 分) 1. 根据投标人售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间等内容，评委在 0-3 分之间进行打分。2. 根据投标人对本项目承诺提供的培训计划、培训人员数量、培训内容，评委在 0-3 分之间进行打分。3. 投标人承诺疫情期间任何时间都可以进行维修，不因任何情况不提供维修的得 0-3 分，否则不得分。4. 质量保证期内、外服务内容、标准及承诺，评委在 0-3 分之间进行打分。5. 投标人提供的其他实质性优惠条件，评委在 0-2 分之间进行打分。
		供货方案(10 分) 1、货物供应的时效性保障措施（2 分），2、货物供应的质量保障措施（2 分），3、货物供应及质保人员的人员配置（2 分），4、现场安装调试方案详细、周密、全面，有验收承诺等（2 分），5、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目作出作出合理计划及调配，并保证顺利进行（2 分）
2.2.3	技术部分 (40 分)	技术指标性能指标响应情况（0-40 分） 依据各投标人主要技术指数、参数、性能等情况，全部满足参数要求得基本分 40，招标参数中带符号标记的技术参数为基本要求不允许负偏离，未带标记的技术参数，一项不满足扣 1 分，扣完为止。

第五章 投标文件格式

正本

_____ 项目

投 标 文 件

招标编号：

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

格式一：

投 标 函

致：

我们收到了_____项目招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加_____ 招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为_____元人民币（大写：_____元）。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后_____日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的供货日期前内完成供货。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

格式二：

投标报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标总报价 (人民币)	大写： _____ 小写： _____元
投标有效期	
供货期	
质量	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字和盖章）：

年 月 日

报价明细表

采购编号：

供应商单位名称：

序号	产品名称	品牌型号	数量	单价	小计
1					
2					
3					
..					

法定代表人（签字或盖章）：

供应商单位公章：

职务：

日期：

设备配置及参数一览表

采购编号：

供应商单位名称：

序号	产 品 名 称	招标文件 要求参数	投标参数	偏差	备注
1					
2					
3					
..					

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商单位公章：

职务：

日期：

格式三：

法定代表人身份证明书（法人开标出具此证明）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商全称）_____的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

供应商名称：_____（盖单位公章）

日 期：_____年_____月_____日

格式四：

授权委托书（授权代表开标出具此证明）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人全称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的_____项目投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件

此处为授权委托人身份证扫描件

授权委托人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

投标供应商：_____（盖单位公章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

格式五：

售后服务承诺书

致：

.....

（以上承诺内容由供应商自行编制）

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字和盖章）：

地址：

电话：

格式六：

资格审查资料（包括但不限于以下材料）

完税凭证、社保证明、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺、等相关资格审查材料。

格式七:

关于资格的声明函

_____:

关于贵方编号: _____号招标文件, 本签字人愿意参加投标, 提供招标文件中规定的全部服务, 并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、营业执照;
- 2、法定代表人授权书;
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件;
- 4、招标项目要求中必需的其它资料(合同、方案、证书等);
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(单位公章):

法定代表人(签字和盖章):

地址:

电话:

格式八：

反商业贿赂承诺书

致：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字：_____（签字或盖章）

_____年 ____月 ____日

格式九：

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书

格式十：

其他资料

（格式自拟）

第六章 政府采购合同条款（以实际签订为准）

供方：

需方：_____

供需双方根据 ____年____月____日中图工程项目管理有限公司签发的政府采购招标中标通知书和招标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、技术参数、数量、单价及金额。

序号	货物名称	技术参数	数量	单价	金额

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按谈判文件相应条款制订）。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、交货时间、地点、方式：

_____年____月____日至____月____日，供方负责将货物按需方要求在_____交货、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：

七、违约责任：

7.1、需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额 5%的违约金。

7.2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交

货, 则按逾期交货处理。

7.3、供方不能交付货物, 供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。

7.4、供方逾期交付货物, 供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值 0.05%的违约金。

八、合同签定后, 采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任, 因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议, 由濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定, 该鉴定结论是终局鉴定, 供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼, 由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它:

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式叁份, 供、需双方各执一份, 监督部门一份。

供方:

需方:

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

联系电话:

联系电话:

开户银行:

帐号:

签约时间:

签订地址: