

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	丰县中医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	30.2万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

与原有设备匹配使用。

三、专家论证意见

目前，国产的支气管镜弯曲度清晰度与进口产品有一定差距，不具备窄波光观察功能，国产产品不能满足采购人需求，同意采购进口产品。

电子支气管镜不属于《中国禁止进口、限制进口货物目录》内禁止进口和限制进口产品。

郭明 董国伟

专家签字：

杨怀宇

2024年12月10日

董国伟 郭明