

第四章、第三方验收结论报告

汝州职业技术学院“2024 两新”项目-工农艺术类实验实训设备验收

汝州职业技术学院智能制造与工程系设备更新项目（三）项目

第三方验收结论报告

报告编号：YS2025601006

项目名称	汝州职业技术学院“2024 两新”项目-工农艺术类实验实训设备验收 汝州职业技术学院智能制造与工程系设备更新项目（三）项目
项目编号	汝财招标采购-2024-79
采购单位	汝州职业技术学院
中标单位	河南三向电子科技有限公司
验收日期	2025 年 04 月 22 日
验收结论： 由采购单位、中标单位与河南信卓检测技术有限公司共同参与，针对汝州职业技术学院“2024 两新”项目-工农艺术类实验实训设备验收 汝州职业技术学院智能制造与工程系设备更新项目（三）项目进行第三方验收工作，经检验验收： 发现各系统所配凳子的凳面材料实测厚度为 15mm，与合同文件中的 25mm 不符；凳架材料为 25mm*25mm 方管，与合同文件中的 30cm*30cm（请核实合同文件中该项技术参数是否合理）不符；驱动技术试验台的变频电机模型反转时无法实现多段速运行，传感器检测及工业控制实验台的温度加热室模块达到设定温度后，实时温度显示会变为负数，请检查所有系统全部模块的编程是否存在问题；装饰装修成品保护不到位，部分房间存在污染门窗现象；所有系统均未组织培训等问题。通过“第三方验收反馈通知单”及“整改回复函”形成整改闭合。经中标单位整改后，质量符合采购单位最终采购文件的项目特征描述要求，验收合格。	
第三方验收人员	张绪旺 申伟鹏 孙雨 崔彦科 龐志明
专业技术负责人	李黎明

第三方 验收单位	河南信卓检测技术有限公司 (盖章) 
---------------------	---