




政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	商城县人民医院
拟采购产品名称	西门子 DEFINITION AS CT 球管
拟采购产品金额	135 万元
采购项目所属项目名称	商城县人民医院西门子 DEFINITION AS CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	135 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 商城县人民医院西门子 DEFINITION AS CT 设备，由于核心部件球管出现问题，使设备处于无法正常使用状态，无法满足医院检查需求。 为了提高设备的扫描图像精度，整机的安全性，确保设备的整体质量及使用寿命，须采购原厂配件。 因西门子配件具有不可替代性，其他厂家产品无法兼容本院现有设备；且国内同类设备无法满足需求，故申请购买进口产品。    	



三、专家论证意见

CT球管和探测器是CT扫描仪的核心配件，其精度高，参数精细，匹配要求高，是国家强制检定类医疗产品。该产品进口注册证上注明该核心部件的型号和相关技术参数不可替代，基于此，建议选用原进口注册证书产品。

该产品不属于国家限制进口产品，符合一般进口设备产品的相关要求。

专家签字：

248
张高
张高
张高

2023年4月15日

