

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 骨二

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB32071983		出厂日期	2023.2.5	
注册证号	国械注准20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20180141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	祖宣宣	电话	15617904020	安装地点	骨二病房
进口 ☐ 国产 ☒	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐	计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
保修时间	60月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☐ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机 台车 湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 李华		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 李华		设备科负责人: 王和伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 消化科

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB-32072355		出厂日期	2023-2-6	
注册证号	国械注准 20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物电股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20180141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	刘国富	电话	15617904020	安装地点	病房
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
国产 ☒					
保修时间	6月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 李军		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 许向东		设备科负责人: 马树伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 神经内科

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB-32072363		出厂日期	2023.2.6	
注册证号	国械注准20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经许20180141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	刘国富	电话	15617904020	安装地点	神外病房
进口口 国产 ☒	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐	计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
保修时间	6月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 李华		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 王明		设备科负责人: 王明			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 儿科

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV800	
出厂编号	AA2-32003980		出厂日期	2023.2.20	
注册证号	国械注准20173081297			证书有效期	2027.7.6
单价	350000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	郑州通瑞生物医疗股份有限公司			电话	400-700-5652
供货商	河南农投供应链管理有限公司			联系人	许崇峰
保修商	河南农投供应链管理有限公司			电话	17503974124
经营(生产)许可证号	豫食药监械经营许20180141号			证书有效期	2023.4.9
安装工程师	祖宜宜	电话	15617904020	安装地点	儿科病房
进口口 国产口	报关单口	商检证口	3c认证口	强检口	计量证明口 检验检疫证明口
保修时间	60月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☐ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 李华		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 郭		设备科负责人: 王			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 重症医学科 北区

2023 年 3 月 14 日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB-31068171/9657/ 9436/7665/8236/ 6501		出厂日期	2023.1.30 / 2023.1.28 / 2023.1.29 / 2023.1.30 / 2023.1.30 / 2023.1.19	
注册证号	国械注准20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000 元	合同号	设备分类编号		档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫食药监械经营许2080141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	刘国富	电话	15617904020	安装地点	重症科病房
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	60 月		主机使用期限	10 年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 刘国富		保养周期: 12 月			
使用科室负责人: 杜苗溪		设备科负责人: 王树强			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 呼吸科



2023 年 3 月 14 日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB-31069504 GB-31067737 GB-31069476		出厂日期	2023.1.29 2023.1.30 2023.1.28	
注册证号	国械注准20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20180141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	祖宜宣	电话	15617904020	安装地点	呼吸科病房
进口口 国产 ☒	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐	计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
保修时间	60 月		主机使用期限	10 年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☐ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 刘功权		保养周期: 12 月			
使用科室负责人: 张红红		设备科负责人: 王树伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 产科

2024年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号	GB-3207186		出厂日期	2023-2-5	
注册证号	国械注准 20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫安械备监械经营许20180141号		证书有效期	2023-4-9	
安装工程师	祖宣宣	电话	15617904020	安装地点	产科初房
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
国产 ☐					
保修时间	60月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☐ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、呼吸机				验收结论: 	
验收人: 		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 		设备科负责人: 			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 重症医学科ICU

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV600	
出厂编号	AA6-32021808		出厂日期	2023.2.5	
注册证号	国械注准20173081295			证书有效期	2027.7.6
单价	331000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司			电话	400-700-5652
供货商	河南农投供应链管理有限公司			联系人	许学峰
保修商	河南农投供应链管理有限公司			电话	17503974124
经营(生产)许可证号	豫药监械经营许20180141号			证书有效期	2023.4.9
安装工程师	刘国宣	电话	15617904020	安装地点	重症医学科ICU
进口 ☐	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐	计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
国产 ☒					
保修时间	60月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机, 台车, 湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 刘国宣		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 苗云霞		设备科负责人: 马树伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 急诊科

2023年3月14日

设备名称	呼吸机	型号规格	SV300
出厂编号	GB-31067696 GB-32071908	出厂日期	2023.1.30 2023.2.5
注册证号	国械注准20153080670	证书有效期	2024.9.11
单价	155000元	合同号	
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	电话	400-700-5652
供货商	河南农投供应链管理有限公司	联系人	许崇峰
保修商	河南农投供应链管理有限公司	电话	17503974124
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20180141号	证书有效期	2023.4.9
安装工程师	祖宜宣	电话	15617904020
安装地点	急诊科		
进口口 国产 ☒	报关单口 商检证口 3c认证口 强检口 计量证明口 检验检疫证明口		
保修时间	60月	主机使用期限	10
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册口 软件备份口 合格证 ☒ 操作规程口 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常口 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到口 达不到口 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合口 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全口		
是否培训 ☒			
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器		验收结论: 合格	
验收人: 曹华	保养周期: 12月		
使用科室负责人: 马明江	设备科负责人: 王和伟		
备注			

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: (ICU)重症医学科南区

2022年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV600	
出厂编号	AA6-32021842		出厂日期	2023.2.5	
注册证号	国械注准20173081295		证书有效期	2027.7.6	
单价	331000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20180141号		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	祖宣宣	电话	15617904020	安装地点	重症病房
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	60月		主机使用期限 10年		
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 主机、台车、湿化器				验收结论: 合格	
验收人: 李华		保养周期: 12月			
使用科室负责人: 苗云霞		设备科负责人: 王和伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室：心内一

2023年3月14日

设备名称	呼吸机		型号规格	SV300	
出厂编号			出厂日期		
注册证号	国械注准 20153080670		证书有效期	2024.9.11	
单价	155000元	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳迈瑞生物电子股份有限公司		电话	400-700-5652	
供货商	河南农投供应链管理有限公司		联系人	许崇峰	
保修商	河南农投供应链管理有限公司		电话	17503974124	
经营（生产）许可证号	豫郑食药监械经营许 2020415		证书有效期	2023.4.9	
安装工程师	祖宽宽	电话	15617904020	安装地点	心内一病房
进口 ☐ 国产 ☒	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐	计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
保修时间	60月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☐ 注册证（含制造认可表） ☐ 经营（生产）许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单：主机、台车、湿化器				验收结论： 合格	
验收人：李华		保养周期：12月			
使用科室负责人：张虎		设备科负责人：王树伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 导管室

2023 年 7 月 14 日

设备名称	呼吸机	型号规格	SV300
出厂编号	GB-32071907	出厂日期	2023.2.5
注册证号	国械注准 20153080670	证书有效期	2024.9.11
单价	155000元	合同号	
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗股份有限公司	设备分类编号	
供货商	河南农投供应链管理有限公司	档案号	
保修商	河南农投供应链管理有限公司	电话	400-700-5652
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许 20180141号	联系人	许崇峰
安装工程师	刘祖富	电话	17503974124
电话	15617904020	证书有效期	2023.4.9
安装地点	导管室	强检	
进口	☐	报关单	☐
国产	☒	商检证	☐
3c认证	☐	计量证明	☐
检验检疫证明	☐	保修时间	6 月
主机使用期限	10 年	验收记录	
中文说明书	☒	维护手册	☐
维修手册	☐	软件备份	☐
合格证	☒	操作规程	☐
注册证(含制造认可表)	☒	经营(生产)许可证	☒
开机情况	正常 ☒	不正常	☐
技术参数是否达到要求	达到 ☒	基本达到	☐
达不到	☐	设备是否与合同配置相符	符合 ☒
不符合	☐	资料附件是否齐全	齐全 ☒
不齐全	☐	是否培训	☒
主要备件零件清单:	主机, 台车, 湿化器	验收结论:	合格
验收人:	王红	保养周期:	12 月
使用科室负责人:	王红	设备科负责人:	王红
备注			