

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023 年 8 月 4 日

设备名称	4K腹腔镜	型号规格	R1
出厂编号	FD1-33000404	出厂日期	2023.3.11
注册证号	粤械注准20212060046	证书有效期	2026.1.1
单价	2257000	合同号	
生产厂家	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	设备分类编号	
供货商	河南宽创科技有限公司	联系人	黄长金 13673689899
保修商	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	电话	4007005652
经营(生产)许可证号	粤食药监械生产许20010352号	证书有效期	2024.6.3
安装工程师	邱建飞	电话	15638282862
进口 ☐	报关单 ☐	商检证 ☐	3c认证 ☐
国产 ☒	强检 ☐	计量证明 ☐	检验检疫证明 ☐
保修时间	36 月	主机使用期限	10年
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☒ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☐ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐		
是否培训 ☒			
主要备件零件清单:		验收结论:	
内容: 腹腔镜系统 R1 冷光源 HB300R 监视器 55寸 气腹机 HS-50F 荧光镜头 G01030A 4K荧光镜头 M01030A		电刀 CONMED 合格	
验收人:	李华	保养周期:	6个月
使用科室负责人:	刘春霞	设备科负责:	王和飞
备注			