

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023年7月25日

设备名称	超声波治疗仪		型号规格	SWISS DOLORCLAST Smart 20	
出厂编号	ST20B1BS41		出厂日期	2023-05-29	
注册证号	浙械注准20182090391		证书有效期	2024年11月24日	
单价	合同号		设备分类编号	档案号	
生产厂家	陕西斯电子医疗设备系统(杭州)有限公司		电话	0371-65720563	
供货商	陕西隆和信医疗设备有限公司		联系人	15838156593	
保修商	陕西斯电子医疗设备系统(杭州)有限公司		电话	0371-65720563	
经营(生产)许可证号	浙产证械生许20100240号		证书有效期	2024年11月24日	
安装工程师	连会1	电话	13523501950	安装地点	郑州市第十五人民医院
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	24个月		主机使用期限5年		
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐ 是否培训 ☒				
主要备件零件清单:			验收结论: 合格		
验收人: 刘永权			保养周期: 6个月		
使用科室负责人: 梁士印			设备科负责: 王如伟		
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023 年 7 月 26 日

设备名称	内热针治疗仪		型号规格	NRZ-40K-B	
出厂编号	NB00090		出厂日期	2023-02-29	
注册证号	粤械注准 2017 2201001		证书有效期	2027 年 06 月 04 日	
单价	合同号		设备分类编号	档案号	
生产厂家	深圳市百士康医疗设备有限公司		电话	0755-23078119	
供货商	陕西隆和信医疗器械有限公司		联系人	15838156893	
保修商	深圳市百士康医疗设备有限公司		电话	0755-23078119 / 17630050011	
经营(生产)许可证号	粤食药监械生产许 20173046号		证书有效期	2027 年 09 月 03 日	
安装工程师	李想	电话	17630050011	安装地点	郑州市第十五人民医院
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c 认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	24 个月		主机使用期限 5 年		
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单:				验收结论:	
				合格	
验收人: 刘冲权		保养周期: 6 个月			
使用科室负责人: 梁少明		设备科负责: 王和伟			
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

2023年7月26日

使用科室:

设备名称	钎焊设备及配套设施		型号规格	ZG-ZDJ08型	
出厂编号	GQ230317004		出厂日期	2023.03.17	
注册证号	赣械注准20202060556		证书有效期	2025年11月28日	
单价		合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	江西择高医疗			电话	15717119088
供货商	陕西隆和信医疗器械有限公司			联系人	15838156573
保修商	江西择高医疗			电话	15717119088
经营(生产)许可证号	赣食药监械生产许20200314号			证书有效期	2020年3月13日 → 2025年3月12日
安装工程师	赵跃宗	电话	15717119088	安装地点	郑州市第十五人民医院
进口 ☐	报关单 ☐		商检证 ☐	3c认证 ☐	强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐
国产 ☒					
保修时间	24个月		主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单: 硅胶圈1500				验收结论: 合格	
验收人: [Signature]				保养周期: 64 月	
使用科室负责人: [Signature]				设备科负责: [Signature]	
备注					

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023 年 7 月 27 日

设备名称	干扰电治疗仪		型号规格	Source-interference-B2AH	
出厂编号	SIF-2211002		出厂日期	2022-11-17	
注册证号	豫械注准2022090130		证书有效期	2027年06月16日	
单价	合同号		设备分类编号	档案号	
生产厂家	河南互易源医疗科技有限公司		电话	0371-65720563	
供货商	陕西隆和信医疗器械有限公司		联系人	15838156893	
保修商	河南互易源医疗科技有限公司		电话	0371-65720563	
经营(生产)许可证号	豫药监械生许20220040号		证书有效期	2027年06月16日	
安装工程师	连创	电话	13523501950	安装地点	郑州市第十五人民医院
进口 ☐ 国产 ☒	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	24 个月		主机使用期限	八年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单:				验收结论:	
				合格	
验收人: 刘功权		保养周期: 6 个月			
使用科室负责人: 梁士权		设备科负责: 王树伟			
备注					