

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023年8月3日

设备名称	内镜镜用超声内镜设备		型号规格	LM-02M-01	
出厂编号	12303006		出厂日期	2023年3月	
注册证号	国械注准20213060608		证书有效期	2026年8月15日	
单价	898000.00	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	深圳英美德医疗技术有限公司		电话	13014567793	
供货商	河南鹏翔商贸有限公司		联系人	张立峰	
保修商			电话	13283710205	
经营(生产)许可证号	粤食药监械生产许20214498		证书有效期	2026年8月22日	
安装工程师	王帅斌	电话	18838280783	安装地点	内镜中心
进口 ☐ 国产 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	12个月		主机使用期限	5年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☒ 软件备份 ☒ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☒ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单:				验收结论:	
1. 主机 2. 探头驱动器 3. 12Hz超声探头 4. 10Hz超声探头				合格	
验收人:		保养周期: 3个月			
使用科室负责人:		设备科负责: 王和伟			
备注					