

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:

2023年8月8日

设备名称	4K 腹腔镜系统		型号规格	DPM-ENDO CAM-02-MF	
出厂编号	H20002303001		出厂日期	2023年3月	
注册证号	粤械注准 20212060397		证书有效期	2026.3.15	
单价	2172000	合同号		设备分类编号	档案号
生产厂家	珠海华进普医疗科技有限公司		电话	400-8051-788	
供货商	河南中远医疗科技有限公司		联系人	郑美云 13252585593	
保修商	珠海华进普医疗科技有限公司		电话	400-8051-788	
经营(生产)许可证号	粤食药监械生产许 20203521号		证书有效期	2025.1.13	
安装工程师	李伟	电话	17739289311	安装地点	手术室
进口 ☐	报关单 ☐ 商检证 ☐ 3c认证 ☐ 强检 ☐ 计量证明 ☐ 检验检疫证明 ☐				
保修时间	60 月		主机使用期限	5 年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☒ 软件备份 ☐ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☐ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐				
是否培训 ☒					
主要备件零件清单:				验收结论:	
内窥镜摄像系统 DPM-ENDO CAM-02. 冷光源 DPM-LIGHT-02. 显示器 32寸 气胆机 BC-Q40W. 内窥镜 690-331030H 670-300530J.				电刀 Power-42026. 导线 DPM-FB-01. 合格	
验收人:	李伟		保养周期:	6个月	
使用科室负责人:	李伟		设备科负责:	李伟	
备注					