

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室:	放射科		2023年 12 月 8 日	
设备名称	X射线计算机体层摄影设备	型号规格	uCT 968	
出厂编号	CT20230375	出厂日期	2023年10月28日	
注册证号	国械注准20223061583		证书有效期	至2027年11月30日
单价	¥25,580,000元	合同号	/	设备分类编号 三类06 档案号 /
生产厂家	上海联影医疗科技股份有限公司		电话	4006866088
供货商	河南恒孚来商贸有限公司		联系人	郭昊0371-55629993
保修商	上海联影医疗科技股份有限公司		电话	4006866088
经营(生产)许可证号	豫郑食药监械经营许20215596号		证书有效期	至2026年04月08日
安装工程师	李振	电话	17395995905	安装地点 郑州市第十五人民医院放射科
进口口 国产口	报关单口 商检证口 3c认证口 强检口 计量证明口 检验检疫证明口			
保修时间	60个月	主机使用期限	10年	
验收记录	中文说明书 ☒ 维护手册 ☒ 维修手册 ☐ 软件备份 ☒ 合格证 ☒ 操作规程 ☒ 注册证(含制造认可表) ☐ 经营(生产)许可证 ☒ 开机情况 正常 ☒ 不正常 ☐ 技术参数是否达到要求 达到 ☒ 基本达到 ☐ 达不到 ☐ 设备是否与合同配置相符 符合 ☒ 不符合 ☐ 资料附件是否齐全 齐全 ☒ 不齐全 ☐			
是否培训 ☒				
主要备件零件清单:	产品由扫描架、高压发生器、X射线球管、探测器、检查床、控制台计算机、重建计算机、显示器、控制盒、限束器、电源柜、生理信号门控单元、系统软件及附件组成。		验收结论: 合格	
验收人:	李振		保养周期: 6 月	
使用科室负责人:	李振		设备科负责人:	王和伟
备注				