

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	民权县人民医院
采购项目名称	民权县人民医院肠胃镜购置项目
专家论证意见	电子胃肠镜需要与胃肠镜主机配套使用，不同品牌兼容无法实现，奥林巴斯电子胃肠镜才能实现与主机系统相配套。如采用其它品牌，不但不能节约成本，而且无法配套，从优化配置节约资源和设备之间性价比来讲，建议采用同品牌电子胃肠镜。
	签 字：冯真丽
	职 称：主治医师
	工作单位：商丘市第四人民医院
	日 期：2022年3月29日

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	民权县人民医院
采购项目名称	民权县人民医院肠胃镜购置项目
专家论证意见	电子胃肠镜是一种消化道内部光学检查器械,需要与胃肠镜主机配套使用。就目前全球电子胃肠镜检查设备的发展来看,不同品牌主机和电子镜之间尚无法实现完美兼容。鉴于医院已有奥林巴斯牌胃肠镜主机,本次项目仅采购电子镜,从优化配置节约资源和设备之间的兼容性来讲,建议采购同品牌电子镜。根据相关法律法规和院方的实际情况,该项目可以考虑采取单一来源方式采购。
签字:	商献坤
职 称:	工程师
工作单位:	商丘市第一人民医院
日 期:	2022年 3月 29日

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	民权县人民医院
采购项目名称	民权县人民医院肠胃镜购置项目
专家论证意见	电子胃肠镜是一种消化道内部光学检查器,需要镜体与成像系统主机配套使用,不同品牌兼容性无法实现,鉴于医院现有奥林巴斯牌胃肠镜主机,本次项目仅采购电子镜,从优化配置和节约成本,根据相关法律、法规和医院的实际情况该项目可以考虑采取单一来源方式采购。
	签 字: 韩雪梅
	职 称: 主治医师
	工作单位: 市住建局
	日 期: 2022年 3 月 29 日