

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	卫辉市人民医院
拟采购产品名称	眼科超声乳化仪、眼科手术显微镜、非接触眼压计、免散瞳眼底相机、生物测量仪
拟采购产品金额	326.5万元
采购项目所属项目名称	卫辉市人民医院眼科设备采购项目
采购项目所属项目金额	446.5 万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

我院眼科白内障超声乳化术需要前房稳定及浪涌少、安全性高、具备堵塞模式、CASE模式等前房稳定技术，可以在任何手术进程中获得稳定而合理的眼内压，并能对每个阶段的眼内压实时监控，0-650mmHg的负压极大的改善了手术安全，不会出现因为管路高顺应性导致的眼球塌陷；前节切割速率能达到1200次/分钟，使手术效率高，减少手术器械的进出次数，缩短手术时间，减少手术并发症，病人愈合快；具备横向超声碎核技术系统，不但提高了传统超声乳化效率，而且大大减少超声能量的使用，对角膜内皮的保护起到关键作用。国产设备只有单一传统超声模式，前房不稳定，无法保证手术安全性；负压范围10-500mmHg，不能对每个阶段的眼内压实时监控，在手术进程中不能获得稳定而合理的眼内压。前节切割速率只能达到10-800次/分钟。不具备横向超声碎核技术，不能满足临床需要。故需要采购进口产品。目前我省多家医院均具有此产品，如河南省中医药大学第二附属医院、荥阳市人民医院、安阳市人民医院、鹤壁市中医院等。

鉴于采购进口设备有利于提高工作医疗业务发展，给病人提供更加准确细致的检查及治疗，满足临床实际工作需求，保证人民群众的医疗安全，特向主管部门申请购置进口设备。

三、专家论证意见

技术专家1:

本项目依据充分,为满足生产的实际需要,同意采购进口产品。

专家签字: 边维

2022年10月26日

技术专家2:

由于国产仪旧设备无法完全满足需求,
同意采购进口产品

专家签字: 叶开

2022年10月26日

技术专家3:

国内产品无法全部满足采购人的技术要求,
同意采购进口产品。

专家签字: 阎红

2022年10月26日

技术专家4:

拟采购的五项产品,国内设备仅能满足部分指标要求,不能
完全满足招标文件的所有技术要求,由于国内产品无法
达到全部技术指标,同意采购进口产品。

专家签字: 郭明

2022年10月26日

法律专家:

采购人拟采购的五项进口产品,符合我国相关法律法规
的规定,未被列入禁止进口的名录,也能较好地满足实际需
求,故同意采购进口产品。

专家签字: 李胜

2022年10月26日