

采购合同

合同编号:

SB20251110

供方(中标人全称): 河南森煜医疗器械有限公司

需方(采购人全称): 新乡市传染病医院

供方持签发的中标/成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号:新乡政采招标采购-2025-98],按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

一、本合同名称:新乡市传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目包4采购合同。

二、本合同总价为人民币¥139200元(大写:壹拾叁万玖仟贰佰元整)。

供货范围、技术规格及分项明细单价格如下:

单位:人民币元

名称	品牌/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	备注
艾灸仪(灸疗机)	品牌:河南国健 型号:GJT-JLC-I	详见附件1、2	台	12200	6	73200	自采购人出具 验收合格报告 之日起1年	
艾灸治疗床 (灸疗床)	品牌:河南国健 型号:GJT-JLC-I	详见附件1、2	台	16500	4	66000	自采购人出具 验收合格报告 之日起1年	
总价(人民币)	小写:¥139200.00元 大写:壹拾叁万玖仟贰佰元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、数量、外观瑕疵有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需方对货物质量或者需方安装调试的成套设备有异议的,应在收货后180日内向供方提出。

四、售后服务承诺:

- 1、售后服务响应时间:接用户报修后在8小时内做出快速响应。
- 2、解决问题时间:24小时内解决质量问题。
- 3、售后服务机构名称、地址及联系方式:河南森煜医疗器械有限公司,河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路与商都路建正东方中心D座1202,郭海涛15737444560。
- 4、其他服务承诺:提供每周7天、每天24小时服务。提供定期检测、故障排查服务。

5、设备质保期为自设备验收合格之日起计算，各设备的质保期见本合同第二条（如设备生产厂家承诺的质保期长于《供货范围、技术规格及分项价格明细单》列明的质保期的，按生产厂家承诺执行）。乙方承诺在保修期内，免费维护及更换零配件，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到通知后48小时内负责免费维修、更换。质保期内，若乙方逾期不进行维修或更换，则甲方有权另行维修或更换，所需费用由乙方承担。质保期满后，若出现质量问题，乙方仍应负责无偿维修，若需更换零配件，则乙方仅向甲方收取零件成本费。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2、按需方要求在 新乡市卫滨区化工路 21 号（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点；培训时间：需方指定时间；

培训方式：现场安装及基础操作培训；

七、验收要求。

供方货物到场后，需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、需方验收完毕后按照有关规定办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 100 %；

九、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金，需方有权解除本合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.01 %违约金，逾期超过60日的，需方有权解除本合同。

需方如逾期付款的，每逾期付款一日的，需方应按应付款为基数，向供方按当期银行活期利率支付利息。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明、本合同附件1、附件2均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的向需方所在地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效、备案及其他

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式六份，供方持两份需方持四份。

附件1：配置清单

附件2：技术参数

供方（公章）：河南森煜医疗器械有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）中兴南路与商都路建正东方中心D座1202

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：15737444560

开户银行：中国银行股份有限公司郑州紫荆山路支行

账号：253366082136



需方（公章）：新乡市传染病医院
地址：新乡市卫滨区化工路21号

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：



签约时间：2025 年 11 月 10 日

签约地址：需方所在地

附件1：配置清单

1. 艾灸仪（灸疗机）配置清单

名称	单位	数量	备注
艾灸头	套	2	
底座	个	1	
立柱	个	1	
机械臂	套	2	
220V电源线	条	1	
底座螺丝	个	12	
说明书			
合格证			
大内六角扳手	个	1	工具（赠品）
小内六角扳手	个	1	工具（赠品）

2. 艾灸治疗床（灸疗床）配置清单

名称	数量	备注
头枕	1	
面板	1	
万向轮	4	
操作面板	1	
电源线	1	
陶瓷加热管	1	

附件2：技术参数

艾灸仪

一、主要功能：双灸头旋转实现回旋灸、悬停灸、具备红外功能、节能烟气净化器。

二、配置

1微电脑数码控制

★2双灸头、旋转速度不可调节。

★3温度检测可实时显示。

三、使用电源220V，50Hz；

四、输入功率2000VA

五、治疗温度：治疗温度恒定后，热量接受面的温度55℃。

六、治疗时间10min-30min内随意结束。

七、工作噪声60dB(A)。

八、安全保护性能：

1. 灸疗机有手动停止输出的功能。

2. 断电再恢复时，没有有任何输出。

3. 输出时有指示功能。

4. 温度保护功能。

九、红外功能

使用过程中，红外功能可随时开启，红外强度调节。

十、电气安全

安全要求应符合GB9706.1-2020的要求。

十一、电磁兼容

电磁兼容应符合YY9706.102-2021的要求。

十二、环境试验：按GB/T14710-2009中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求及表2进行试验。

十三、可明火回旋灸：明火艾灸能够产生更温和，更强的火力，能够直达深部组织，并充分发挥艾草的中药疗效，智能双臂可做回旋灸。

十四、节能烟气净化器

1. 设备安装节能烟气净化器且低功率工作状态也可以启动。

2. 三元催化净烟效果。

3. 节能烟气净化器的安装不破坏周围建筑环境。

十五、产品已取得药监局颁发的二类医疗器械注册证。



艾灸治疗床

一、主要配置

1. 微电脑控制。
2. 配置手柄遥控器。
3. 自动点火。
4. 温度调节55°
- ★5. 灸盘平移10cm，旋转：0° -360°，升降12cm
- ★6. 具备净烟、督灸、隔姜灸、隔物灸。

二、产品要求

1. 整体机壳为钢材。
- ★2. 内置艾灸升降平移装置为不锈钢。
3. 接触皮肤床面为木质加优质PU高回弹海绵，采用高密度镀锌内胆。
4. 床的大小：宽700mm*长2000mm*高630mm，允许±100mm。

三、软件要求：软件采用最新版。不可以迭代升级。

四、显示方式：数码显示。

★五、治疗模式：自动模式。

六、自动模式

1. 自动点火。
2. 具备自动调节艾灸盘高度控制箱体内部温度。
3. 灸盘整盘平移。
4. 上灸、中灸、下灸三个灸盘可360度回旋、升降。
5. 已提供实物照片。

七、工作条件

1. 环境温度范围：5℃~40℃；
2. 相对湿度范围：80%；
3. 使用电源：220V，50Hz；
4. 额定输入功率：2000VA

八、治疗部位：分为上灸、中灸、下灸（具有第三方检验报告）

九、工作时间可调每次施灸时间在50-70分钟。

十、电气安全：安全要求应符合GB9706.1-2020的要求。

十一、电磁兼容：电磁兼容应符合YY9706.102-2021的要求。

十二、环境试验按GB/T14710-2009中规定的气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求进行试验。

十三、具备七代三元催化静烟祛味和安全漏电保护。

十四、产品取得二类医疗器械注册证。具备

