

新乡市第一人民医院医疗设备销售合同

合同编号：新乡政采招标采购-2025-107

乙方（中标人全称）：河南铸康医疗科技有限公司

甲方（采购人全称）：新乡市第一人民医院

乙方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2025-107，项目名称：新乡市第一人民医院全新国产血液透析机采购项目]，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市第一人民医院全新国产血液透析机销售合同。

二、本合同总价为人民币：316000元（大写：叁拾壹万陆仟元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购 节能产品 认证证书 编号	国产/ 进口	备注
血液透析设备	威高日机装/DBB-EXA ESS	详见第 7 页 技术参数	元	31600元	10 台	316000 元	3年	无	国产	无
总价(人民币)	小写：316000元									
	大 写：叁拾壹万陆仟元整									

注：大小写金额不一致时，以大写金额为准。

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，需取得采购人同意，且拆封过程需进行全程视频记录（录像乙方自行保存），否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物技术参数、规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向乙方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日，异议期内发现隐蔽瑕疵的，异议期自动延长15日。

乙方需保证该设备为新出厂设备（非库存机），国产设备半年以内，进口设备一年以内（生产日期以合格证或设备铭牌为准）。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：接用户报修后响应时间 2 小时到现场。

2、解决问题时间：解决质量问题承诺时间到现场24小时内。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：河南铸康医疗科技有限公司联系地址：河南省郑州市二七区马寨镇东方路66号1号楼2层226室联系人及电话：晋军18563163371

4. 其他服务承诺：提供定期检测、故障排查服务。（时间间隔不超过6个月）

五、合同履行地点及进度：新乡市第一人民医院

1、乙方自本项目采购合同签订之日起15日（日历日）完成。

2、按甲方要求在（甲方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

3、乙方逾期交货超过15日的，甲方有权单方解除合同。

4、日历日含法定节假日，因不可抗力延误需提供官方证明文件。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡市第一人民医院血液净化中心； 培训时间：机器设备安装、调试合格后，立即对医院科室相关人员进行培训；

培训方式：现场操作、讲解培训；

八、验收要求：

1、采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、技术参数、规格、数量、外型、包装、文件（如装箱单、保修单、随箱介质、使用说明书中文版、检验报告、安装手册、维修手册、操作手册、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等）进行验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，乙方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，乙方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由乙方负责；

2、验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

3、验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

4、在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（包括且不限于需由第三方检测机构参与验收所产生的检测费用）；

5、供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

6、验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。

九、付款程序、方式及期限：

1、开票：在甲方第一次付款前，乙方必须按照本合同约定或者实际履行的标的物的总金额开具发票。未开具发票前，甲方有权延迟付款并不承担违约责任。发票种类按照甲方通知开具。

2、付款方式：设备安装调试完毕验收合格后一次付清全款。

3、本合同产生的由甲方缴纳的印花税：玖拾肆元捌角整（¥ 94.8元），由乙方承担，甲方在支付合同款项时将扣除该部分费用。

十、违约责任：

本合同第八条第1-3款约定的验收条件不符合约定和产品标准，乙方不能在甲方书面通知的期限内维修、更换、重做的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任、乙方退还货款并赔偿从乙方供货到甲方被迫另行购买替换设备正式使用期间的乙方正常经营损失。乙方应在甲方书面解除合同送达乙方之日起十日内自行拆除设备并撤离甲方，否则，乙方每延误一日，应承担违约责任赔偿甲方经济损失，每日赔偿金为合同总价的1%；乙方拒不撤离的，甲方有权将该设备另行安置，乙方仍需承担违约责任并按照上述约定赔偿损失包括租赁费、保管费等管理费用。

十一、甲乙双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由具有资质的质量检测机构进行质量检测或鉴定，相关费用由乙方承担。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效（后附技术参数、配置清单、产品质量保证书）。
2. 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

乙方（公章）：河南铸康医疗科技有限公司

地址：河南省郑州市二七区

马寨镇东方路66号1号楼2层226室

代表签字：晋军

电话：18563163371

开户银行：交通银行股份有限公司郑州国基路支行

账号：411104999011003185122

签约时间：2025年11月25日

签约地址：甲方所在地

甲方（公章）：新乡市第一人民医院

地址：

代表签字：FSS

电话：

开户银行：

账号：

张翠华 李阳

李阳

产品质量保证书

致：新乡市第一人民医院

为加强医疗器械的质量管理，明确产品质量责任，加强友好合作。为切实保证产品质量，依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营企业监督管理办法》《产品质量法》等法律规定，我公司对所供应的产品做出以下保证：

一、提供合法及质量符合国家医疗器械质量标准的医疗器械。医疗器械的包装、标识、标签、说明书、批准文号、灭菌批号等应符合国家和行业的有关规定，符合相关产品的运输、贮藏要求，并提供有关文件以备案。

二、产品为进口医疗器械时，我公司保证提供该品种在有效期内的《进口医疗器械注册证》《进口医疗器械报关单》《进口医疗器械检验报告书》等，并加盖企业原印章。进口医疗器械必须有中文标识和中文说明书。

三、我公司遵守《专利法》和有关的法律、法规，强化知识产权维护，出现一切侵权行为及所有经济赔偿时由我公司全部承担。

承诺方（盖章）：河南铸康医疗科技有限公司



廉洁自律承诺书

致：新乡市第一人民医院：

在参加新乡市第一人民医院医用设备采购项目评审活动中，我方保证做到：

一、参与该项目的投标单位及其工作人员与采购人无任何利益关系或隶属关系，未参加过采购人组织的产品论证会或参加本项目预评估论证，如果有虚假承诺，我自愿接受取消中标资格，并承担相应法律责任。

二、不向任何参与采购、评标、监督等人员赠送的礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与采购单位及其工作人员私下接触，不邀请其参与宴请、娱乐活动；不以任何方式获取评审工作中的商业秘密；不向采购单位及其工作人员赠送好处费、赞助费、宣传费，不给予采购单位报销各种消费凭证。

三、若出现上述行为，我自愿接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺方：河南铸康医疗科技有限公司



产品技术参数

技术参数

1. 外形尺寸: 150Hx43Wx50D(cm)
2. 供电: AC 220V $\pm$ 10%
3. 供水: 压力范围: 1-7bar; 温度范围: 5~30℃
4. 透析液流速: 300~700mL/min
5. 透析液温度: 33.0~40.0℃
6. 脱水速度: 0.00; 0.10~4.00L/h
7. 脱水精度: $\pm$ 30 mL/h 或 $\pm$ 0.1%
8. 漏血检测器精度: 0.3mL 血液/1L 透析液
9. 透析液浓度: 测量范围: 10.0~20.0mS/cm
10. 碳酸氢盐浓度: 测量范围: 2.00~8.00mS/cm
11. 跨膜压: -100~+500mmHg
12. 动脉压: -300~+500mmHg
13. 静脉压: -300~+500mmHg
14. 透析器入口压: -300~+735mmHg
15. 动脉血泵: 40~600mL/min
16. 肝素泵: 0.0~9.9mL/h
17. 空气监测器: 0.02mL (普通气泡) 0.0003mL (微小气泡)

功能配置

标准配置

1. 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。
2. 采用复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。
3. 在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。
4. 15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。
5. 可视四种颜色报警指示灯。
6. 具有双透析液过滤器组件，透析液经过双重过滤。
7. 具有监测泵前动脉压、透析器入口压、静脉压、跨膜压的功能。
8. 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。
9. 光电式红绿双色漏血检测功能。
10. 具有 2 个气泡检测器、2 个血液判别器、2 个管路检测器、1 个静脉夹和 1 个动脉夹。
11. 具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。
12. 先吸 B 液后吸 A 液，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。
13. 具有预冲液联机排放功能。
14. 具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。
15. 支持在线的预冲、回血和紧急定容补液。
16. 标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。
17. 红外人体感应装置。
18. 标准配备全自动透析系统。
19. 标准配备 B 粉筒支架组件。
20. 标准配备通讯组件 RJ45 网口。

-
21. 标配患者卡读卡器组件。
22. 标准配备泵前动脉壶、DIP 壶和静脉壶液面电动调节功能。
23. 具备透析液回路配管监视功能。
24. 可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。
25. 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。
26. 标配在线血压计组件。
27. 标配血容计组件。
28. 标配在线清除率监测组件。
29. 标配原液集中供给接口。



Fish

设备配置清单

主要部件需提供原厂质保承诺函

序号	中文名称	英文名称	数量
1	主机	Main unit	1 台
2	操作手册	Operating manual	1 本
3	技术手册	Technical manual	1 本
4	合格证	Certification	1 个
5	透析液过滤器	Dialysate filter	2 个
6	盐水挂架（指示灯）组件	Irrigator stand assembly	1 套
7	在线血压计组件	BPM	1 个
8	血容计组件	BVM	1 个
9	在线清除率监测显示	DDM	1 个
10	附属品	Accessories	1 套
附属品明细			
序号	中文名称	英文名称	数量
10.1	供水管组件	Water supply tube assembly	1 套
10.2	Φ8 排液管	Tube(Φ8)	3 M
10.3	血泵手柄组件	Handle assy	1 套
10.4	组合螺丝<M4×8L >	Screw (M4×8L)	2 个
10.5	管箍	Belt(Hose)	1 个
10.6	间隙调整治具	Maintenance tool(BP)	1 个
10.7	采样口组件	Sampling port assembly	1 套
10.8	药液吸管组件（次氯酸钠）	Disinfectant suction tube assy. (Sodium hypochlorite)	1 套
10.9	药液吸管组件（消毒液）	Disinfectant suction tube assy. (Disinfectant)	1 套
10.10	透析器接头组件	Dialyzer connecting tube assembly	1 套
10.11	透析器支架组件	Dialyser holder assy	1 个
10.12	管·袖带	Blood-pressure cuff · tube	1 套

F018