

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	新郑市公立人民医院			
项目信息	项目名称	新郑市公立人民医院采购16排CT球管项目		
	项目金额	60万元		
	供应商名称	山东东魅商贸有限公司		
专业人员信息	姓 名	程晓军	手机号码	18603832056
	职 称	主任医师		
	工作单位	河南省第三人民医院		
专业人员论证意见	1. CT更换球管需与原机型相匹配,且球管产品匹配具有唯一性; 2. 山东东魅商贸有限公司提供了 西门子医疗系统有限公司指定特许经销商证明材料; 3. 新郑市公立人民医院可采用单一来源 招标方式进行 CT球管的采购.			
专业人员签字	程晓军		日期: 2025年 6月 9日	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 正楷手工填写。