

质疑处理告知函

致：河南炎昀医疗器械有限公司

贵公司参加 YLZB-HNWX-C2021009 号许昌市中心医院经颅磁刺激仪、超声低频电治疗仪等医疗设备采购项目，我院收到相关供应商提出的对你公司投标产品的质疑。

我院随即展开详细调查，根据相关资料，经过医院认真研究，招标技术参数要求中“最大刺激强度：1.0-6Tesla 连续可调，不低于 6Tesla。”

经过我院召开会议研讨，并征求了临床科室关于设置本条参数的临床意义，本条参数要求设备的最大刺激磁场强度需能达到 6Tesla，所有投标人提供的资料均不能证明线圈的刺激强度能够达到 6Tesla。因此根据《政府采购质疑和投诉管理办法》，我院决定此项目废标后重新开展采购活动。

感谢贵公司对我院采购项目的支持和关注。

特此说明。

