

投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2022047 号

项目名称：许昌市疾病预防控制中心许昌市职业病防治所设备购置项目(不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	紫外线空气消毒器	新华 YKX. Z-Y-6 00	1、采用等离子体+静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、额定循环风量 $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ ，可适用 60m^3 体积及以下的场所； 6、等离子体电场强度 $\geq 8500\text{V}$ ，提供检测报告 7、集尘区电场强度达到 4000V 8、等离子体发生器寿命 $\geq 30000\text{h}$ ，提供检测报告	台	3	4000	12000	新华 医疗器械 股份有限公司

			9、配备负离子发生器，所产生负离子密度 $\geq 4.82 \times 10^7$ 个/cm ³ 。 10、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控；可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 11、风速：高、中、低三挡可调供用户选择；控制方式：手控、遥控多种供用户选择；工作模式：手动、定时、临时多种方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作； 12、程控数量（定时消毒） ≥ 6 组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； 13、采用粘孔工艺分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养； 14、具有报警功能，紫外灯消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；					
2	全自动化 学发光免 疫分析仪	迈瑞 CL-1200i	1、该产品可检测血清、血浆、尿液等多种样本 2、样本管：具有微量样本杯、原始采血管、塑料试管等多种规格原始管上样功能，具有系统条码扫描功能 3、样本位：采用进样轨道方式，具有6个样本通道，可放置60个样本位（不包含扩展位），可根据需要随时进行连续进样，该设备支持自动重测功能	台	1	170000	170000	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司

[illegible]

			贫血等，共计 62 项 13、促甲状腺激素（TSH）：采用第三代 TSH 试剂，检测灵敏度≤0.02mIU/L 14、该产品出第一个结果为 15min 15、该产品的校准满足溯源性要求 16、网络连接：具有单向、双向连接外部 LIS 及 HIS 网络的功能					
3	全自动尿液分析系统	迈瑞 EU5300	1、尿液分析工作站组合形式：尿液干化学有形成分分析一体机 2、检测方法：采用反射光度计法进行尿液干化学分析，采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析 3、一次吸样就可以完成有形成分和干化学项目的检测 4、检测项目：干化学测定参数可达 14 项，尿液有形成分：红细胞、白细胞、白细胞团、细菌、酵母样菌、上皮细胞、小圆上皮细胞、结晶、透明管型、非透明管型、粘液丝等测定参数 11 项 5、吸样量：只需 1.25ml 就可以完成有形成分与干化学联合检测分析 6、检测速度：干化学模式≥160 测试/小时，干化学+有形成分检测模式≥70 个测试/小时 7、携带污染率：有形成分对细胞的携带污染率不大于 0.02%	台	1	183000	183000	苏州迈瑞 科技有限公司



8、检出限：分析仪能检出最小浓度为5个/μL的红细胞、白细胞样本 9、审核规则：具有自定义审核规则设定界面，可以根据医院需求自由设定审核条件 10、该产品具有自动调焦技术，无需额外的定焦液进行人工调焦，节约医院成本，并且具有自动调焦技术的发明专利 11、该设备可对检测区域进行全视野识别分析，拍摄图片收集视野数量大于35个 12、整体化统一报告：干化学定性+有形成分定量和半定量数据+有形成分全景视野图 13、试剂耗材：该产品除清洗液、试纸条外，没有其他特殊液体试剂参与检测，节约医院成本 14、该产品可以供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，以及散点图分析，异形红细胞分析，包括棘形红细胞、影形红细胞、球形红细胞和未分类异形红细胞 15、条码识别：该产品具有全自动条码扫描功能，具备自动识别标本信息功能 16、急诊功能：该产品具有急诊功能，可根据需要随时插入标本进行检测 17、待检区容量：一次可装载50份标本			
--	--	--	--

4	医用等离子体空气消毒器	新华 YKX.P-B-6 00	18、报告方式：该产品有形成分检测可提供 xx 个/μl 报告方式 19、该产品的网络接口为标准网络接口，可以和 LIS 及 HIS 系统联网 1、采用等离子体+静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所； 7等离子体电场强度≥8500V，提供检测报告 8、集尘区电场强度达到4000V 9、等离子体发生器寿命≥30000h，提供检测报告 10、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×10 ⁷ 个/cm³。 11、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显	台	3	5500	16500	山东新华 医疗器械 股份有限公司	

[illegible]

			9、界面显示：触摸显示屏，可以显示温度、压力、时间、运行状态、报警信息等内容。 10、记录方式：内置热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印。 11、注水方式：自动注水。 12、安全保护：具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置和漏电保护装置。 13、流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。 14、程序名称：包含裸露程序、包装程序、B-D试验程序。					
6	供应室设备 (超声波清洗机)	新华 TQX-300BH	1、容积：30L 2、功能要求：超声清洗。 3、清洗温度：室温-65℃可调。 4、加热方式：电加热 5、舱体材质：304 不锈钢一次性模具拉伸成型。 6、控制系统：数字控制，温度、时间可调可控，操作简便。	台	1	16000	16000	山东新华 医疗器械 股份有限公司
7	供应室设备 (医用煮沸消毒机)	新华ZF500	1、容积：50L 2、功能要求：93℃热水消毒。 3、消毒温度：80℃-93℃可调。 4、加热方式：电加热	台	1	31000	31000	山东新华 医疗器械 股份有限公司

			5、主体材质：采用 304 不锈钢镜面板。 6、门材质：钢化玻璃门。 7、界面显示：液晶显示屏，具有报警信息显示功能。 8、安全保护：具有水位低保护功能、进水超时保护功能和加热管干烧保护功能。					
8	供应室设备 (医用干燥柜)	新华 YGZ-500X	1、容积：80L 2、主体结构：采用整体焊接方式成型，多点式出风口，每层格栅处均有出风口。 3、保温材料：采用橡塑海绵。 4、密封门材质：内板采用铝合金材料，外板采用透明材料。 5、密封门转轴：采用上下转轴方式，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞。 6、过滤器要求：采用 HEPA 高效空气过滤器，过滤精度 0.3 μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 7、风机要求：采用交流离心风机，风量大，噪音低。 8、控制器要求：液晶显示屏，具有报警信息显示功能，按键操作，一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能。	台	1	30000	30000	山东新华 医疗器械 股份有限公司
9	供应室设备 (高温生	新华 JS-0102-S	1、培养时间：生物培养出结果的时间为 1 小时。 2、培养孔：含有 10 个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。	台	1	32000	32000	山东新华 医疗器械 股份有限公司



	物阅读器)		3、屏幕：彩色显示屏，屏幕尺寸7英寸，分辨率为800*480。 4、断电记忆功能：断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 5、存储记录：可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。 6、培养温度：培养温度为58±1℃。 7、屏幕培养显示：自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“+”为阳性结果；显示“-”为阴性结果。 8、配套生物指示剂：生物阅读器具有配套的生物指示物。					公司
10	供应室设备 (污物清洗槽)	新华 CSSD.WBXL	1、材质：采用304不锈钢。 2、要求：带4个水龙头、供排水管件。	组	2	5500	11000	山东新华 医疗器械 股份有限 公司
11	供应室设备 (水枪、气枪)	新华MAC-I	1.喷头数量：8个，喷头与枪体之间可任意更换。 2.枪体材质：304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈。 3.承受压力：0-0.7Mpa	把	2	1100	2200	山东新华 医疗器械 股份有限 公司
12	供应室设备 (医用空	新华60L	1.静音无油，有主动散热，自动排水功能。 2.供气量：60L/min	台	1	2800	2800	山东新华 医疗器械 股份有限

	压机)		3. 供气压力：0.5-0.7Mpa可调。					公司
13	供应室设备 (器械检查打包台)	新华 CSSD.QMTD	采用 304 不锈钢。 带光源放大镜1个。	个	1	5000	5000	山东新华 医疗器械 股份有限公司
14	供应室设备 (双门互锁传递窗)	新华 CSSD.HBGY	材质：采用 304 不锈钢。带紫外线杀菌。	个	2	2500	5000	山东新华 医疗器械 股份有限公司
15	供应室设备 (500L 软水机)	天宇 TYR-500	1、设备产水量 500L/H。 2、控制阀采用全自动控制。 3、罐体材质为玻璃钢。 4、树脂为阳树脂。 5、盐箱：60L，PE 材质。 6、出水硬度：不大于 0.03mmol/L（进水不大于 8mmol/L）。	台	1	6000	6000	郑州天宇 环保科技有限公司
合计		大写：陆拾万捌仟伍佰元整 小写：608500元						

投标人 (并加盖公章)：郑州泰迪威医疗器械销售有限公司

