

ZFCG-G2024009 号许昌市建安医院“许昌市建安医院双通道磁刺激仪等设备采购项目(不见面开标)”更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZFCG-G2024009号

原公告的采购项目名称：许昌市建安医院双通道磁刺激仪等设备采购项目
(不见面开标)

首次公告日期： 2024年3月7日

首次更正日期： 2024年3月26日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件

更正内容：

(一) 原招标文件第二章项目需求二、采购清单：

序号	货物（标的） 名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准 所属行业
2	经颅直流电刺激仪	1. 适应症：须适用于神经康复领域中，对肢体运动障碍、认知障碍、吞咽障碍的辅助治疗。 2. 输出方式 ▲2.1 设备输出通道数：主机2通道+6台无线终端； 2.2 刺激模式：直流电刺激模式（tDCS模式）、迷走神经刺激模式（Burst模式、Tonic模式）	台	1	工业

		3. 电流强度 3.1 输出电流: tDCS模式: 设置可调范围: 0~2mA (±10%); Burst模式、Tonic模式: 最大输出电流不少于2.5mA; ▲3.2 脉冲宽度: 100~500μs; 3.3 脉冲频率: 最高不超过100Hz; ▲4 工作时间: 设置可调范围0~40min; 5. 最大输出电压: 37V, 允差±10%; 6. 设备显示状态: 6.1 参数设置: 可设置刺激模式、刺激时间、刺激强度、治疗次数等参数; 6.2 主机显示功能: 具有显示输出强度、治疗时间倒计时、运行状态等功能; 6.3 临床使用功能: 具有治疗方案设计、治疗记录、病例管理、打印治疗报告等功能; 7. 安全保护: 治疗过程中, 在不关闭电源的前提下可随时暂停或中止治疗; 8. 电流控制: 刺激治疗过程中可实时调节电流输出强度; 9. 电极: 耳部电极、颈部电极和头部电极; 10. 无线设备: 提供无线终端, 支持后期继续增配。 11. 设备可接入医院信息系统(HIS/LIS系统), 实现治疗系信息共享。			
--	--	--	--	--	--

更正为:

序号	货物(标的)名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
2	经颅直流电刺激仪	1. 适应症: 须适用于神经康复领域中, 对肢体运动障碍、认知障碍、吞咽障碍的辅助治	台	1	工业

		疗。 2. 输出方式 ▲2.1 设备输出通道数：主机2通道+6台无线终端； 2.2 刺激模式：包含tDCS模式且不少于3种 3. 电流强度 3.1 输出电流：tDCS 模式：设置可调范围：0~2mA(±10%)； 其他模式：最大输出电流不少于2.5mA 3.2 脉冲频率：最高不超过100Hz； ▲4 工作时间：设置可调范围0~40min； 5. 最大输出电压：37V，允差±10%； 6. 设备显示状态： 6.1 参数设置：可设置刺激模式、刺激时间、刺激强度、治疗次数等参数； 6.2 主机显示功能：具有显示输出强度、治疗时间倒计时、运行状态等功能； 6.3 临床使用功能：具有治疗方案设计、治疗记录、病例管理、打印治疗报告等功能； 7. 安全保护：治疗过程中，在不关闭电源的前提下可随时暂停或中止治疗； 8. 电流控制：刺激治疗过程中可实时调节电流输出强度； 9. 电极：不少于3种； 10. 无线设备：提供无线终端，支持后期继续增配； 11. 设备可接入医院信息系统(HIS/LIS系统)，实现治疗系信息共享。			
--	--	--	--	--	--

(二) 投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2024年4月11日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

2. 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标三室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

变更为：

（二）投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2024 年 4 月 25 日 8 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予受理。

2. 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标二室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

更正日期：2024 年 4 月 9 日

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市建安医院
地址：许昌市魏都区华佗路 2433 号
联系方式：柴茂兰 15237446617

2. 采购代理机构信息

名称：许昌市政府采购服务中心
地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心 C 座
联系方式：详见 <http://ggzy.xuchang.gov.cn/ywdh/38864.jhtml>

3. 项目联系方式

文件联系人：黄女士 电 话：0374-2968687