

ZFCG-G2025111 号许昌市生态环境综合行政执法支队
许昌市生态环境系统大气环境执法能力建设项目更
正公告



一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：许财招标采购-2025-116

2、原公告的采购项目名称：许昌市生态环境综合行政执法支队
许昌市生态环境系统大气环境执法能力建设项目

3、首次公告日期及发布媒介：2025年12月29日，《河南省政府
采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公
共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年01月19日
08时30分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：采购公告采购文件

2、原文件获取时间：2025年12月29日至2026年02月28日08时
30分（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2026年03月16日08时30分（北京时间）

3、原开标时间：2026年02月28日08时30分（北京时间）

开标时间变更为：2026年03月16日08时30分（北京时间）

4、原采购信息内容：

(1) 招标文件“第二章项目需求 二、采购清单”中“本采购清单中
所列技术规格或主要参数为最低要求，”

现变更为：

招标文件“第二章项目需求 二、采购清单”中“本采购清单中所列技术规格及主要参数为最低要求，”

(2) 序号1手持式光离子化检测仪(PID)：“2、技术要求(2)防爆等级：不低于 Ex ia IIC T4 Ga (或 Ex ia IIC T5 Gb)。”

现变更为：

予以删除。

(3)序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲6、镜头视角视场角 24 ° *19 ° ， 可选配镜头：14.5 ° *11.6 ° ,9 ° *7 ° ”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“6、镜头视角视场角 24 ° *19 ° ， 可选配镜头：14.5 ° *11.6 ° ,9 ° *7 ° ”

(4) 序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲9、测温范围：-40℃~+350℃；在-40℃~+120℃范围内，热像仪视场内不同区域温度(9个标记点)，测量结果之间的偏差不超过±0.5℃(取绝对值大者)；”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“9、测温范围：-40℃~+350℃；在-40℃~+120℃范围内，热像仪视场内不同区域温度，测量结果之间的偏差不超过±0.5℃(取绝对值大者)；”

(5) 序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲11、显示屏：≥5.5英寸高亮度触摸 LCD 屏，分辨率≥1920×1080，可自动、手动调节亮度，支持2个自由度的角度调整；”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“11、显示屏： ≥ 5.5 英寸高亮度触摸LCD屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，可自动、手动调节亮度，支持2个自由度的角度调整；”

(6) 序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“3、分辨率： $\geq 320 \times 256$ 像素；”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲3、分辨率： $\geq 320 \times 256$ 像素；”

(7) 序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“4、热灵敏度 (NETD)： $\leq 0.01K@ (23^{\circ}C \pm 5^{\circ}C)$ ”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲4、热灵敏度 (NETD)： $\leq 0.01K@ (23^{\circ}C \pm 5^{\circ}C)$ ”

(8) 序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“15、变倍： $\geq 1-10$ 倍连续数字变倍；”

现变更为：

序号4红外热成像气体泄漏检测仪：“▲15、变倍： $\geq 1-10$ 倍连续数字变倍；”

(9) 序号2手持式热电风速仪：“1、防爆等级：不低于 Exia IIC T6 Ga 或 Ex ib IIC T6 Gb”

现变更为：

序号2手持式热电风速仪：“1、防爆等级：不低于 Exia IIC T6 Ga”

5、根据国家新出台政策《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）要求，招标文件中增加了相关内容。

6、更正日期：2026年2月27日

三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市生态环境综合行政执法支队

地址：许昌市东城区龙兴路许昌市创业服务中心B座2楼（许昌市科技广场东临）

联系人：王晓航 联系方式：18836120080、0374-60692692

采购代理机构信息

名称：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座

联系人：许昌市政府采购服务中心

联系方式：0374-2968687

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：0374-2968687