

政府采购进口产品专家论证表

一、基本情况	
申请单位	新县妇幼保健院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	380 万元
采购项目所属项目名称	新县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	784.7 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3.其他。	
原因阐述: 我院为全县孕妇产前筛查定点医院,主要为孕产妇提供产前诊断,尽早发现出生缺陷胎儿,需要高端的仪器设备。国产产品复合成像技术模式少,分辨率低,稳定性差,后期衰减严重,不能满足临床需求。特申请采购进口设备。	
三、专家意见	
进口彩色多普勒超声诊断仪,能够满足其妇幼保健院对孕妇产前筛查的要求。进口超高端实时四维彩色多普勒诊断仪为孕妇提供产前诊断,尽早发现出生缺陷胎儿,而国产产品复合成像技术模式少,分辨率低,后期衰减严重,不能满足临床需求。建议采购进口彩色多普勒超声诊断仪。 2025年5月26日 李光光。	



政府采购进口产品专家论证表

一、基本情况	
申请单位	新县妇幼保健院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	380 万元
采购项目所属项目名称	新县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	784.7 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3.其他。	
原因阐述： 我院为全县孕产妇产前筛查定点医院，主要为孕产妇提供产前诊断，尽早发现出生缺陷胎儿，需要高端的仪器设备。国产产品复合成像技术模式少，分辨率低，稳定性差，后期衰减严重，不能满足临床需求。特申请采购进口设备。	
三、专家意见	
该院为全县孕产妇产前筛查定点医院，其服务对象主要是孕产妇胎儿的产前筛查及诊断，对检查设备要求技术先进，精准度高，便于操作，无辐射，尤其是对先天缺陷的筛查，准确性要求更高，基于此，建议购买进口设备。 2023 年 5 月 26 日 田中书	



政府采购进口产品专家论证表

一、基本情况	
申请单位	新县妇幼保健院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	380 万元
采购项目所属项目名称	新县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	784.7 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3.其他。	
原因阐述: 我院为全县孕产妇产前筛查定点医院,主要为孕产妇提供产前诊断,尽早发现出生缺陷胎儿,需要高端的仪器设备。国产产品复合成像技术模式少,分辨率低,稳定性差,后期衰减严重,不能满足临床需求。特申请采购进口设备。	
三、专家意见	
国内同类产品与进口产品相比,起步较晚,特别是高端产品,而该院超声检查是全县妇女的常规检查,而且进口产品稳定性快如国产,而且成像模式优于国产,建议采购进口产品 2023年5月26日 周改	



政府采购进口产品专家论证表

一、基本情况	
申请单位	新县妇幼保健院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	380 万元
采购项目所属项目名称	新县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	784.7 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3.其他。	
原因阐述： 我院为全县孕妇产前筛查定点医院，主要为孕产妇提供产前诊断，尽早发现出生缺陷胎儿，需要高端的仪器设备。国产产品复合成像技术模式少，分辨率低，稳定性差，后期衰减严重，不能满足临床需求。特申请采购进口设备。	
三、专家意见	
该进口产品在超声造影领域具有竞争优势，能满足产科超声诊断、妇科疑难病例超声诊断及科研等技术。且分辨率高，稳定性好，能满足临床需求。建议采购进口产品。 张松板 2023 年 5 月 26 日	



政府采购进口产品专家论证表

一、基本情况	
申请单位	新县妇幼保健院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	380 万元
采购项目所属项目名称	新县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	784.7 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3.其他。	
原因阐述: 我院为全县孕妇产前筛查定点医院,主要为孕产妇提供产前诊断,尽早发现出生缺陷胎儿,需要高端的仪器设备。国产产品复合成像技术模式少,分辨率低,稳定性差,后期衰减严重,不能满足临床需求。特申请采购进口设备。	
三、专家意见	
此次申请采购的产品,符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,不违反国家相关政策,且该产品不属于国家禁止或限制进口产品。建议采购进口设备。 孙伟 2023 年 5 月 26 日	

