

技术参数表		
序号	技术和性能参数名称	性能要求
1	产品法规标准认证	同时获得欧盟（CE）认证、FDA批准、NMPA批准
2	能量形式	主机以射频能量形式进行能量输出
3	电极材质	电极材质应金、银或低电阻的合金制成
4	电极数量	电极数量≤4个
5	电极阵列形态	螺旋型
6	单电极功率	不得高于7W
7	额定一次消融时间	单次消融时间≤于60S
8	额定总输出功率	额定总输出功率≥10W
9	显示屏幕可触控	显示屏幕可触控
10	可远程遥控器	提供手持遥控器，便于术者操作
11	治疗过程中可实时显示阻抗变化	
12	具备左侧/右侧肾动脉标记功能	
13	贴壁状态可反馈	主机可实时反馈电极片贴壁状态
14	输出功率自动调整	主机可根据阻抗变化实时调整输出功率
15	超出设定范围可停止能量输出	超出设定范围可停止能量输出
16	可显示异常参数内容	可显示异常参数内容
17	治疗记录可下载	治疗记录可下载
18	最小治疗血管直径	最小治疗血管直径≤3mm
19	指引导管兼容性	指引导管兼容性≤6F
20	循证医学证据	具有随机对照研究
21	循证医学证据	具有真实世界登记研究
22	循证医学证据	受试者数量（不含假手术对照组）不少于1000例
23	原厂保修服务年限	原厂保修服务年限不少于1年