

评审专家签到表（技术参数及招标文件论证）

项目名称：郑州市中心医院购置两辆新救护车项目

评审时间：2015年8月6日15时00分（北京时间）

评审地点：河南省机电设备招标股份有限公司会议室

评审专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	刘世华	410105196507151176	河南省公安厅	讲师	13213208658	技术
2	陈运程	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	技术
3	李亚东	410105196308240046	郑州二附院	高级	15837126119	技术
4	何生	410105197306038438	河南省中医院	高工	13653710772	技术
5	张平且	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	约5.1万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口上车担架与国产上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
上车担架进口设备具备上下车自动锁定系统, 减震缓冲结构及承重优于国内同类产品, 且性能更稳定, 能在转运过程中减少患者二次损伤风险, 能更好地服务患者, 同意采购进口设备。	
专家签字:	宋建伟
2025年8月16日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	约 5.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口上车担架与国产上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口上车担架具备自动锁定系统, 减震缓冲结构较好, 避免上车时对患者二次损伤, 且承重性较好, 本身重量较轻, 操作性性能较好, 安全性能较高, 但国产产品在以上各种技术的基础上, 仍落后于进口设备, 且安全性能较差。	
专家签字:	张新明 2025年8月6日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	约 5.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口上车担架与国产上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
危重病人抢救过程中, 而转运担架的质量于整个抢救过程至关重要, 好的产品能避免二次伤害发生。进口产品由于重量轻、材料强度高、结构紧凑、锁定和缓冲功能更安全, 于抢救有强保障。同此款产品。	
专家签字:	王南松
2015 年 8 月 6 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	约 5.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口上车担架与国产上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购的上车担架, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字:	张平旦 (法律)
2015 年 8 月 26 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	上车担架
拟采购产品金额	约5.1万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口上车担架与国产上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口上车担架与国产上车担架相比较, 具有性能稳定、重量轻、方便固定、有效的增强抢救患者的安全性, 减轻医护人员的工作强度, 原装进口产品。	
专家签字:	
2025年 8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	楼梯担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 3.3 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
楼梯担架进口设备具备上下车自动锁定系统、减震缓冲结构及承重面优于国内同类产品, 且重量更轻, 方便医护人员施救。安全性更高。为满足患者需求, 同意采购进口设备。	
专家签字:	
2025年8月26日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	楼梯担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 33 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 50 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口楼梯担架具有自动锁定功能, 减震结构和性能较好, 可有效避免对患者二次损伤, 且安全性较高。但国产没有在上述各种技术功能上均满足进口设备, 且安全性较差, 因此拟进口设备。	
专家签字:	何强
2015 年 8 月 26 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	楼梯担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 33 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 50 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口产品机械及设计科学, 合理。其产品选用 高级材料, 重量更轻, 科技含量高。但其折 叠、延伸等结构设计独特, 利于更方便操 作。安全性更高。同意采购进口产品	
专家签字:	
2015 年 8 月 26 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	楼梯担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 3.3 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 600 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购的楼梯担架, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平卫 (法律)	
2015 年 8 月 26 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	楼梯担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 2.3 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口楼梯担架与国产楼梯担架相比较, 性能更稳定, 质量更轻, 在上下楼梯以及放入救护车时更省力, 有效的提高转运病人的安全性和减轻医护人员的工作强度, 同意采购进口产品。	
专家签字:	
2025 年 3 月 6 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 1.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
脊柱担架与国产脊柱担架相比, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 技术更成熟, 性能更稳定, 为满足急救需求, 同意采购进口设备。	
专家签字:	李亚明
2025 年 8 月 16 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 1.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口脊柱担架具有自动锁定功能, 减震缓冲结构较为稳定, 承重性和舒适性较好, 可有效减少对患者二次损伤, 但国产设备在以上两种技术方面均有所进口设备, 国产进口设备。	
专家签字:	何生
2025 年 8 月 26 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 1.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口脊柱担架有更科学的人体工学设计。进口有的部件材质更优。另外其有折叠功能, 材质更轻。延伸折叠关节点设计更方便。安全。进口脊柱担架。	
专家签字:	
2015 年 8 月 26 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 / 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购的脊柱担架, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和改革的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平卫 (法律)	
2025 年 8 月 26 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	脊柱担架 (A 包、B 包)
拟采购产品金额	约 1.1 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口脊柱担架与国产脊柱担架相比较, 性能更稳定, 质量更轻, 对患者在上下车转运过程中安全性高, 可保证患者安全, 减轻医护人员工作强度, 国产脊柱担架无法满足。	
专家签字:	
2015年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动上车担架
拟采购产品金额	约19.3万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述:进口电动上车担架与国产电动上车担架相比较,在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别,其技术更成熟、性能更稳定,能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时,进口产品质量更轻,结构灵活,方便医护人员施救,能更好地直接适配急救车车内固定装置,安全性更高,特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
电动上车担架进口设备,在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构及承重方面,优于国内同类设备,且技术成熟、性能更稳定,方便医护人员施救,能满足患者需求。同意采购进口设备。	
专家签字:	李进明
2015年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动上车担架
拟采购产品金额	约19.3万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约50万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述:进口电动上车担架与国产电动上车担架相比较,在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别,其技术更成熟、性能更稳定,能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时,进口产品质量更轻,结构灵活,方便医护人员施救,能更好地直接适配急救车车内固定装置,安全性更高,特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口电动上车担架具有上下车自动锁定功能,减震缓冲性能较好,可有效避免对患者二次损伤,安全性高,但国产产品在以上各种技术指标上均达不到进口标准,因此建议进口。	
专家签字:	何生
2025年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动上车担架
拟采购产品金额	约19.5万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述:进口电动上车担架与国产电动上车担架相比较,在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别,其技术更成熟、性能更稳定,能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时,进口产品质量更轻,结构灵活,方便医护人员施救,能更好地直接适配急救车车内固定装置,安全性更高,特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口电动上车担架,采用系统的材料,保证 后钢板,抗扭抗拉强度大。且其支撑材料 符合国际最高标准要求,性能稳定,且 能力大,运行时噪音低,升降平稳,且 稳。进口产品优于国产产品。	
专家签字:	王海柱 2015年8月26日


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动上车担架
拟采购产品金额	约9.3万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约600万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口电动上车担架与国产电动上车担架相比较, 在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别, 其技术更成熟、性能更稳定, 能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时, 进口产品质量更轻, 结构灵活, 方便医护人员施救, 能更好地直接适配急救车车内固定装置, 安全性更高, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购的电动上车担架, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字:	张平旦 (法律)
	2025年8月26日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	电动上车担架
拟采购产品金额	约19.3万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述:进口电动上车担架与国产电动上车担架相比较,在上下车自动锁定系统、减震缓冲结构以及承重性方面有较大区别,其技术更成熟、性能更稳定,能在转运过程中较大程度的减少患者二次损伤的风险。同时,进口产品质量更轻,结构灵活,方便医护人员施救,能更好地直接适配急救车车内固定装置,安全性更高,特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见 进口电动上车担架与国产担架相比较,在上下车自动锁定系统、减震缓冲以及承重方面有较大区别,可有效提高患者转运时的舒适性、安全性,减轻医护人员的工作强度,推荐采购进口产品。	
专家签字:	
2025年8月26日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	骨髓输液通路用钻
拟采购产品金额	约2.8万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 骨髓输液通路用钻, 主要用于为需要快速输液的危急重症患者建立骨髓腔内输液通路, 电动机转速稳定, 具有多种保护功能, 安全性、有效性较高, 建立通路时间 ≤ 2 分钟, 可避免国产设备因通路速度较慢导致的循环衰竭风险, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
骨髓输液通路用钻进口论证, 性能稳定, 电动机转速稳定, 具有多种保护功能, 安全性高, 高于国内同类设备。为满足患者需求, 同意采购进口设备。	
专家签字:	李思喻
2025年8月26日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	骨髓输液通路用钻
拟采购产品金额	约2.8万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 骨髓输液通路用钻, 主要用于为需要快速输液的危急重症患者建立骨髓腔内输液通路, 电动机转速稳定, 具有多种保护功能, 安全性、有效性较高, 建立通路时间≤ 2分钟, 可避免国产设备因通路速度较慢导致的循环衰竭风险, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口骨髓输液机即骨髓腔输液通路用钻, 电动机转速稳定, 建立通路时间≤ 2分钟, 可有效避免国产设备因通路速度较慢导致循环衰竭风险, 同意进口。	
专家签字:	
2015年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	骨髓输液通路用钻
拟采购产品金额	约1.7万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 骨髓输液通路用钻, 主要用于为需要快速输液的危急重症患者建立骨髓腔内输液通路, 电动机转速稳定, 具有多种保护功能, 安全性、有效性较高, 建立通路时间 ≤ 2 分钟, 可避免国产设备因通路速度较慢导致的循环衰竭风险, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口骨髓输液通路用钻产品, 技术相对成熟, 主要是由智能化程序控制, 没有有安全隐患, 自动化控制程序高, 对电机的转速控制, 智能化控制功能强大, 更好根据各种情况, 在紧急情况下, 能够及时为患者建立通路。因此认为进口产品。	
专家签字:	
2015年8月16日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	骨髓输液通路用钻
拟采购产品金额	约2.8万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 骨髓输液通路用钻, 主要用于为需要快速输液的危急重症患者建立骨髓腔内输液通路, 电动机输速稳定, 具有多种保护功能, 安全性、有效性较高, 建立通路时间≤ 2分钟, 可避免国产设备因通路速度较慢导致的循环衰竭风险, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见 拟采购的骨髓输液通路用钻, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的規定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平旦 (法律)	
2025年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	骨髓输液通路用钻
拟采购产品金额	约2.8万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 骨髓输液通路用钻, 主要用于为需要快速输液的危急重症患者建立骨髓腔内输液通路, 电动机输速稳定, 具有多种保护功能, 安全性、有效性较高, 建立通路时间 ≤ 2 分钟, 可避免国产设备因通路速度较慢导致的循环衰竭风险, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口骨髓输液通路用钻与国产设备相比较, 进口通路时间更短(≤ 2分钟), 为抢救患者提供快速救治时间, 同时进口设备性能稳定, 增加救治的安全性, 同意采购进口产品。	
专家签字:	
	2025年8月26日

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	主动脉球囊反搏器
拟采购产品金额	约105万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品研发较早, 经过多年的临床应用和改进, 技术更加成熟, 生产工艺先进。应用于心肌创伤或失血性休克患者时, 其性能稳定, 灵敏度高, 故障率低, 能有效改善心肌灌注压, 使休克纠正时间平均缩短, 衰减慢, 能够更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
主动脉球囊反搏器进口设备, 技术更成熟, 工艺先进, 故障率低, 能够有效改善心肌灌注压, 同时设备尚有较大差距, 为更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 同意采购进口设备。	
专家签字:	李亚明
2025年8月6日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	主动脉球囊反搏器
拟采购产品金额	约105万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品研发较早, 经过多年的临床应用和改进, 技术更加成熟, 生产工艺先进。应用于心肌创伤或失血性休克患者时, 其性能稳定, 灵敏度高, 故障率低, 能有效改善心肌灌注压, 使休克纠正时间平均缩短, 衰减慢, 能够更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口主动脉球囊反搏器上市早, 疗效明确, 临床及美国FDA认证。该产品对抢救接受手术的人体健康, 没有副作用, 故障率低, 维护方便, 安全, 快捷, 为临床抢救提供可靠保障, 提升生存率。同意采购进口产品。	
专家签字:	陈金明
2025年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	主动脉球囊反搏器
拟采购产品金额	约 105 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约 500 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品研发较早, 经过多年的临床应用和改进, 技术更加成熟, 生产工艺先进。应用于心肌创伤或失血性休克患者时, 其性能稳定, 灵敏度高, 故障率低, 能有效改善心肌灌注压, 使休克纠正时间平均缩短, 衰减慢, 能够更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
主动脉球囊反搏器为治疗心脏功能衰竭和 支持设备, 能明显提高患者冠脉供血能力, 改善心 脏功能负荷。经检索国家药品监督管理局网站, 国 内尚无同类成熟产品, 同类型均进口产品。	
专家签字:	许世明
2015 年 8 月 26 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	主动脉球囊反搏器
拟采购产品金额	约105万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品研发较早, 经过多年的临床应用和改进, 技术更加成熟, 生产工艺先进。应用于心肌创伤或失血性休克患者时, 其性能稳定, 灵敏度高, 故障率低, 能有效改善心肌灌注压, 使休克纠正时间平均缩短, 衰减慢, 能够更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的主动脉球囊反搏器, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字:	张平卫 (法律)
2025年8月26日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	主动脉球囊反搏器
拟采购产品金额	约105万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院购置两辆新救护车项目
采购项目所属项目金额	约500万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 进口产品研发较早, 经过多年的临床应用和改进, 技术更加成熟, 生产工艺先进。应用于心肌创伤或失血性休克患者时, 其性能稳定, 灵敏度高, 故障率低, 能有效改善心肌灌注压, 使休克纠正时间平均缩短, 衰减慢, 能够更可靠地为患者提供循环支持, 提升急性期生存率, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
经查询国家食品药品监督管理总局网站, 在中国合法注册允许销售之北美设备, 均含进口设备。进口采购进口设备。	
专家签字:	何喆
2025年8月26日	