

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王世坤	
	职称：副主任医师	
	工作单位：华中阜外医院	
项目信息	项目名称：郑州市骨科医院 GE64 排 CT 球管更换及系统升级项目	
	供应商名称：郑州武康医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT机的核心部件，需与CT机匹配使用。经了解，CT机品牌、型号球管，其他品牌型号的不匹配使用会影响GE、Optima 660等CT。本项目经政府采购项目经济论证规则单一来源采购。同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王世坤	日期2025年9月16日