

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李少林	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 河南省胸科医院	
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院 GE64 排 CT 球管更换及系统升级项目	
	供应商名称: 郑州武康医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	由于该医院CT. X线球管的更换工作 各公司技术标准. 技术要求口径不 同. 同一公司不同型号口径也大 不一样. 因此CT球管(球管)更换均 有单一性. 符合《政府采购法》 第三十一条之规定. 因此按照单一 来源采购原则.	
专业人员签字		日期 2025 年 9 月 16 日