

专家姓名:

张杨

专家工作单位:

湖南省医疗器械检验院

专家意见:

拟采购的二氧化碳手术激光系统主要用于瘢痕治疗,皮肤赘生物祛除等激光治疗,进口产品具有性能稳定,脉冲深度高等优势,最高穿透深度可达400 μm ,可用于深度瘢痕,痘坑等皮肤疾病的治疗.国产设备最高穿透深度一般为700 μm 左右,不能完全满足采购方的临床使用需求.为提高临床诊疗的安全性和有效性,同意采购进口设备。

技术专家签字:

张杨

2025年11月17日