

专家姓名：何燕霞

专家工作单位：郑州大学眼耳鼻喉医院

专家意见：

拟采购的二氧化碳手术激光系统，需
激光波长 10600 nm、激发光射峰值功率 240 W。
光斑大小在 1.3 mm 或 0.12 mm。国产同类设备尚
不能完全满足用户工作需求，同意购买
进口设备。

技术专家签字：何燕霞

2015年11月17日