

专家姓名:

李朝

专家工作单位:

郑大二附院

专家意见:

二氧化碳激光系统在技术精密性、功率
能调节性和操作安全性方面具有明显优势。如进口设
备,可提供脉冲式,实现无碳化精细切割。热损伤小,
具有多重安全保护机制和精密的能量控制,减少
对周边健康组织的热损伤。实现自动、均匀、定
量切割。除传统切割、汽化、凝固国外,还支持点
对模式,用于皮肤再造、疤痕修复等。目前国内
同类设备尚不能满足以上需求。为临床医生患
者利益,同意采购进口设备。

技术专家签字:

李朝

2025 年 11 月 17 日