

三、专家论证意见

目前，国产超高清腹腔镜系统在3D成像、双镜联合手术、高清分析处理等方面与进口产品存在一定差距，不能满足该院微创外科中心处理复杂疑难手术的要求，尤其是在不同摄像头信号的融合处理国产产品差距较大，色彩还原不够真实。鉴于该院在该领域的领先地位，同意采购进口产品。

技术专家签字：

梁唐

2026 年 1 月 9 日