

三、专家论证意见

41<超高清胸腹腔镜系统主要用于经胸腹腔镜肺癌、食道癌等复杂手术中,对设备的分辨率、清晰度和功能模式等要求较高。所需监视器最高像素 $\geq 3840 \times 2160$, 摄像主机分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 目前国产设备不能完全达到此要求,对于复杂手术中的血管的辨识度不足,国产设备的气腹机流量也达不到要求,因此国产设备在某些技术要求和使用性能上不能完全满足采购人的要求,同意采购进口产品。

技术专家签字:

D
天亚

2026 年 1 月 9 日