

三、专家论证意见

目前，国产4K腹腔镜镜头，在微血管
辨识，色差、球差、畸变等方面与进口
产品存在一定差距，不能满足临床特
殊病人微血管处理的要求，在AI控制
方面与进口产品也存在一定差距，不能满
足教学科研的要求，同意采购进口
产品。

技术专家签字：

郭明

2026年 1月9日