

三、专家论证意见

4K腹腔镜摄像系统主要用于超低位直肠癌等复杂手术的诊疗,对设备的分辨率、图像清晰度和适配度等方面要求较高。所采购的设备超高清摄像主机要求分辨率 $\geq 3840 \times 2160$,目前国产设备很难达到此要求,同时图像清晰度也不够,不利于复杂直肠癌等手术的诊疗。因此国产设备在某些技术要求和性能上不能完全满足采购人的要求,同意采购进口产品。

技术专家签字:

张亚

2020 年 1 月 9 日