

河南省儿童医院郑州儿童医院
设备验收报告

科 室:消化内科（郑东院区）

设备名称		设备型号		设备编码		生产日期		
内镜洗消工作站系统（内镜清洗工作站）		Center-R5		202554154		2025年12月20日		
招标时间		20251201		招标地点		河南大明		
招标编号		郑财招标采购-2025-337		招标方式		院外招标		
中标型号		详见配置清单		安装台数		1套	单价	87.66万元
注册证号		/		使用期限		8年		
生产商		山东新华医疗器械股份有限公司		进口：口		合资：口		国产：口
经销商		河南吉讯商贸有限公司		联系人		王磊杰	电话	18339835679
售后机构		河南吉讯商贸有限公司		联系人		李义选	电话	18339835679
设备安装运行情况说明： 运行正常				设备运行功率：2.5kVA				
				厂家安装工程师：代国峰				
设备初步验收：								
1. 设备是否完好无损（包装、外观等）：是【√】 否【 】								
2. 设备资料、附件等是否齐全：齐全【√】 不齐全【 】								
3. 设备安装场地是否符合要求：符合【√】 基本符合【 】 不符合【 】								
4. 设备运行情况是否正常：正常【√】 不正常【 】								
5. 设备安装、调试、培训是否满意：满意【√】 基本满意【 】 不满意【 】								
6. 安装设备是否与中标承诺配置相符：符合【√】 不符合【 】								
7. 设备验收其他情况说明：								
日期：2025年12月27日								
管理部门 签字		招采中心 签字		工程师 签字		使用科室 签字		
[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]		
设备最终验收：								
1. 设备使用情况是否正常：正常【√】 不正常【 】								
2. 设备技术参数是否达到要求：达到【√】 基本达到【 】 达不到【 】								
3. 设备归档资料是否齐全：齐全【√】 不齐全【 】								
4. 设备验收其他情况说明：								
日期：2025年12月27日								
管理部门 签字		招采中心 签字		工程师 签字		使用科室 签字		
[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]		

(归档联)

配置清单

序号	货物名称	型号	制造商	计量单位	数量	备注
1	内镜清洗消毒设备	Center-R5	山东新华医疗器械股份有限公司	套	1	(胃肠各一组)
2	内镜转运车	Center-NC1-TG	山东新华医疗器械股份有限公司	台	2	
3	储镜柜	Center-GZ2-TG	山东新华医疗器械股份有限公司	套	2	
4	纯水机	Waters-FE-500 L-TG	山东新华医疗器械股份有限公司	套	1	
5	内镜追溯管理系统	Center-ZS	山东新华医疗器械股份有限公司	套	1	
6	内镜自动清洗消毒机	Rider 60B	山东新华医疗器械股份有限公司	套	1	
7	内窥镜用电动冲洗仪	UW-600III	杭州安杰思医学科技股份有限公司	套	1	
8	内镜用二氧化碳送气装置	CR4500	杭州安杰思医学科技股份有限公司	套	1	
9	胶囊式内窥镜系统	SC100	重庆金山科技集团股份有限公司	套	1	
10	高端会议教学触摸		广东亮图科技有限	套	1	

	一体机	标配	公司			
11	内镜转运床	定制	河南星达医疗设备 制造有限公司	台	2	
12	胆道子镜直视成像 控制器	HVDK-ISS-H-20 0	湖南唯德康医疗科 技有限公司	套	1	
13	胆道子镜直视系统 医用液晶监视器	LMD-2435MC	索尼(中国)有限公 司	台	1	
14	胆道子镜直视系统 专用台车	标配	湖南唯德康医疗科 技有限公司	台	1	
15	一次性使用成像导 管	TY-ISS-S37	湖南唯德康医疗科 技有限公司	条	10	
16	24 通道食管测压导 管	24 通道	宁波迈达医疗仪器 有限公司	条	1	
17	24 通道肛直肠测压 导管	24 通道	宁波迈达医疗仪器 有限公司	条	1	
18	24 通道肛直肠测压 导管（训练专用）	24 通道	宁波迈达医疗仪器 有限公司	条	1	