

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	驻马店市第二中医院
拟采购产品名称	16 排 CT 球管
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	驻马店市第二中医院 16 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	550000.00 元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：

X 射线管即球管为 CT 产品核心组件，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口原厂球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。

### 三、专家论证意见

作为 CT 核心组件的球管，必须达到和 CT 整机匹配才能保证设备正常运行，满足临床需求。在国内尚没有替代品的情况，建议采购进口产品。

专家签字：

孙国平

2026 年 2 月 26 日