

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 申请单位       | 驻马店市第二中医院                |
| 拟采购产品名称    | 16 排 CT 球管               |
| 拟采购产品金额    | 550000.00 元              |
| 采购项目所属项目名称 | 驻马店市第二中医院 16 排 CT 球管采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 550000.00 元              |

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：

X 射线管即球管为 CT 产品核心组件，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口原厂球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。

### 三、专家论证意见

X 射线管是 CT 的核心组件为使图像质量更佳. 需采购原厂球管, 故建议采购进口产品.

专家签字: 张立升

2026 年 2 月 26 日