

4.2分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财招标采购-2024-6

项目名称：襄城县中医院新院区医疗设备采购项目（不见面开标）第一标段

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及 厂家
1	血液透析滤过机（单泵机）	治疗模式：用于各种急、慢性的肾衰竭患者进行血液透析治疗，包括血液透析，单纯超滤；序贯治疗 透析液流量：300-800ml/min.连续可调 温度操作范围：33℃~40℃，报警限值±1℃，具备高温保护功能，最高 41℃ 透析液导电度监测范围：12.5~16ns/cm 超滤系统：通过平衡腔原理进行容量控制，净超滤量由超滤泵控制 超滤率：100~4000ml/h，精度：±1.0% 漏血监测：通过光学方式探测管路中的血液 动脉血泵调节范围：50~600mL/min 可调，步阶 10ml 肝素泵设置范围：0.1~10.0mL/h；肝素泵注射器类型：10ml、20mL、30mL。 动脉压操作范围：-400~+400 mmHg，动脉压容差：±10 mmHg 静脉压操作范围：-50~+300 mmHg，静脉压容差：±10 mmHg 跨膜压操作范围：-100mmHg~+700 mmHg 水电结构：水电分离设计，增加机器安全性 个性化透析：超滤曲线：可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化	台	8	95000	760000	上海、贝朗爱敦（上海）贸易有限公司（品牌：贝朗爱敦（上海）贸易有限公司）



	透析。钠离子、碳酸盐、透析液流量，温度等多种曲线自定义功能，提供个性化透析方案。 定时器功能：可设定相对时间和绝对时间，并且显示提示内容 后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 消毒模式：具备化学消毒及热消毒方式，可脱钙消毒同时完成，消毒后可自动关机 KT/V 功能：标配透析充分性功能：显示 Kt/v 值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性 透析液过滤：配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用 150 人次或 900 小时 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少 20 次病人治疗记录 待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取 AB 液，节省透析液 具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断 电源：交流 230V±10% (或 220V)，频率 50~60Hz 水供应，水压：0.5-6. bar，入水温度：10-30 度					
--	---	--	--	--	--	--



2	血液透析滤过机（双泵机） （核心设备）	配置血泵、置换液泵，适用于血液透析（HD）、在线血液滤过（ONLINE HF）、在线血液透析滤过（ONLINE HDF）、单纯超滤、个性化透析曲线等 操作：15 英寸触摸液晶显示器，各种操作信息直观显示，屏幕触摸操作简单直观、可靠、灵敏度高，治疗参数均可在主界面一键设定；可作碳酸氢盐透析。耗材、原液配方等全开放 设备带有 KT/V 功能：可为透析充分性的判断提供依据 具有血压计测量功能 具有全自动的化学消毒/热消毒功能 设备具有监测动脉压、静脉压、跨膜压的功能，空气监测，漏血监测及报警功能 可采用 B 干粉桶或浓缩液的配液方式 设备可配备网络端口 动脉压监测显示范围：-380~+400mmHg，精度±10mmHg 静脉压监测显示范围：-180~+600mmHg，精度±10mmHg 血泵流量范围：血流量 5~600ml/min；血泵流量调节精度：±1% 肝素泵流量范围：0~10ml/h，用注射器型号 10ml、20ml、30ml、50ml 超滤：超滤率 0~40L/h，精度：±1%，对透析器的超滤系数无限制，高通量透析器/低通量透析器都能用，可显示：超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量	台	1	90000	90000	成都、成都威力生物科技有限公司（品牌：成都威力生物科技有限公司）
---	-------------------------------	--	---	---	-------	-------	----------------------------------



		置换液泵流量范围：置换液流量 10~300ml/min，精度：±10% 配备标准电池，在突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据。可维持机器血路循环系统（包括血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵等）持续运行≥30 分钟					
3	血液透析制水设备	投标产品产水水质符合 YY0572-2015《血液透析及相关治疗用水》标准，细菌<1CFU/ml，内毒素<0.125EU/ml） 我公司设备具有双级反渗透，一二级直接偶合，二级纯水直供病房的工艺特点 25℃设备产水流量≥1500L/H；系统脱盐率≥99% 细菌、微生物去除率≥99.8% 系统回收率≥60%可调 德国西门子品牌 PLC+触摸屏+菜单式中文操作系统 设备消毒方式：自动化学消毒 投标产品电器性能符合 GB4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》；符合 GB/T15260.1-2010《测量、控制和实验室用的电气设备电磁兼容性要求第一部分：通用要求》 电源要求：220V±10%，三相五线制 我公司设备要求供水水源符合 GB5749 水质标准，压力 0.15~0.45mpa，水温 5~40℃	台	1	148000	148000	武汉、武汉启诚生物技术有限公司（品牌：武汉启诚生物技术有限公司）



4	连续性血液净化治疗透析机 (CRRT)	具有 7 种治疗模式：连续性静静脉血液透析滤过 (CVVHDF)、连续性静静脉血液透析 (CVVHD)、连续性静静脉血液滤过 (CVVH)、缓慢连续性超滤 (SCUF)、单重血浆置换 (PE)、血浆吸附 (PA)、血液灌流治疗 (HP)。血泵流量：0mL/min, 30mL/min ~ 600mL/min。 8.2 补液泵（即置换液）流量：0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min (即 0, 60~15000mL/h) 8.3 废液泵流量：0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min (即 0, 60~15000mL/h) 8.4 分流泵（即透析液）流量：0mL/min, 1mL/min ~ 250mL/min (即 0, 60~15000mL/h) 压力监测范围 9.1 动脉压监控：-500mmHg ~ +700mmHg 9.2 静脉压监控：-500mmHg ~ +700mmHg 9.3 跨膜压监控：-500mmHg ~ +700mmHg 9.4 滤前压监控：-500mmHg ~ +700mmHg 9.5 一级膜外压监控：-500mmHg ~ +700mmHg 空气监测：可检测 > 0.02mL 气泡。 漏血监测：可检测 ≤ 0.35mL/min (HCT 32%)。 脱水范围：0mL/h ~ 4000mL/h。	台	1	185000	185000	重庆、重庆山外山血液净化技术股份有限公司（品牌：重庆山外山血液净化技术股份有限公司）
合计		大写：壹佰壹拾叁万叁仟叁佰元整 小写：1183000元					

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖姓名章）：

