



(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	CPAP	两种呼吸模式： nCPAP（经鼻持续气道正压通气模式） HiFlowO2（高流量氧疗模式） 呼吸回路:单支呼吸回路，具有同品牌正压发生器专利技术并配备同品牌发生器，可靠独立的压力测量系统，减少对冲回流的产生，减少二氧化碳的潴留的发生。 配套通气耗材：（需要提供耗材及相关配件注册证）同品牌气体发生器及鼻塞，头帽，鼻罩。规格齐全，满足新生儿不同鼻型的需求，减少对鼻腔及头颅的损伤和压迫，保证患儿使用舒适安全。 氧气浓度调整范围：21%–100%。 输出气体流量调节范围：0–16L/min，示值允差：±10%以内。 气体供应：氧气和空气。 进气压力范围：3.5–6.0bar。 监测患者侧压力范围：0-10cmH2O。 进气连接口：适用于NIST标准进气接口。 工作时间：内置可充电电池，充满电后，标准环境下可持续运行 5 小	马丁	medinSINDI	湖南浏阳	湖南立洗嘉医疗科技有限公司	台	8	53500.00元	428000.00元	否	无

		时。											



- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。



投 标 人：河南驰信商贸有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：戴端（签字或盖章）

2023年 12 月 6 日

2023medinSINDI配置清单

型号	标准配置		数量	备注
	呼吸机持续气道正压通气系统	medinSINDI	1套	含操作手册/电源适配器/电源线各1
	空气/氧气管（含减压阀）	-	1套	
	医用呼吸加湿器	SH510	1套	含温度传感器及加热丝连接组件400SH213
	小儿雾化水罐	SH3308	1套	
	呼吸管路	DHN100	1套	
	Medijet通气管	1000	1个	
	鼻管	S/M/L	各1个	
	鼻罩	S/M/L	各1个	
	软帽	S/M/L	各1个	
medinSINDI	简易台车		1套	

仅供濮阳市人民医院住院三部 NICU、ICU 设备采购（项目编号：濮财直招招标采购-2023-42） 招投标

五、 商务和技术偏差表

序号	招标文件要求	投标文件的响应 (投标人须逐条应答)	满足/不满足	偏差说明
1	两种呼吸模式： nCPAP(经鼻持续气道正压通气模式) HiFlow02(高流量氧疗模式)	两种呼吸模式： nCPAP(经鼻持续气道正压通气模式) HiFlow02(高流量氧疗模式)	满足	
*2	呼吸回路:单支呼吸回路，具有同品牌正压发生器专利技术并配备同品牌发生器，可靠独立的压力测量系统，减少对冲回流的产生，减少二氧化碳的潴留的发生。	呼吸回路:单支呼吸回路，具有同品牌正压发生器专利技术并配备同品牌发生器，可靠独立的压力测量系统，减少对冲回流的产生，减少二氧化碳的潴留的发生。	满足，详见好莱注册证及说明书第1页2.1条	
*3	配套通气耗材：（需要提供耗材及相关配件注册证）同品牌气体发生器及鼻塞，头帽，鼻罩。规格齐全，满足新生儿不同鼻型的需求，减少对鼻腔及头颅的损伤和压迫，保证患儿使用舒适安全。	配套通气耗材：（需要提供耗材及相关配件注册证）同品牌气体发生器及鼻塞，头帽，鼻罩。规格齐全，满足新生儿不同鼻型的需求，减少对鼻腔及头颅的损伤和压迫，保证患儿使用舒适安全。	满足，详见彩页第4页	
4	氧气浓度调整范围:21% - 100%。	氧气浓度调整范围:21% - 100%。	满足	
5	输出气体流量调节范围: 0 - 16L/min，示值允差: ±10%以内。	输出气体流量调节范围: 0 - 16L/min，示值允差: ±10%以内。	满足	
6	气体供应:氧气和空气。	气体供应: 氧气和空气。	满足	
7	进气压力范围: 3.5 - 6.0bar。	进气压力范围: 3.5 - 6.0bar。	满足	

8	监测患者侧压力范围：0-10cmH2O。	监测患者侧压力范围：0-10cmH2O。	满足	
9	进气接口：适用于NIST标准进气接口。	进气接口：适用于NIST标准进气接口。	满足	
10	工作时间：具备可充电电池，充满电后，标准环境下可持续运行约 5 小时。	工作时间：内置可充电电池，充满电后，标准环境下可持续运行 5 小时。	满足，详见彩页第 2 页	

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：河南驰信商贸有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
2023年 12 月 6 日