

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 濮阳市第五人民医院 2025 年医疗服务与保障能力提升项目
(医疗设备采购) 项目 第六标包

合同编号: 濮财市直招标采购-2025-22 第六标包

甲 方: 濮阳市第五人民医院

乙 方: 郑州市万顺合医疗器械有限公司

签订时间: 2025年9月29日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：濮阳市第五人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：郑州市万顺合医疗器械有限公司（供应商）

乙方2（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：濮阳市第五人民医院 2025 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗设备采购）项目第六标包

采购项目编号：濮财市直招标采购-2025-22

（2）采购计划编号： /

（3）项目内容：

设备名称 (注册证名称)	型号	生产厂家	数量	单价	总价
医用防褥疮气垫床（医用波动防褥疮气垫床）	9P-086530	雅博（昆山）医疗器械有限公司	2	97000	194000
急救转运车（救护车担架）	YDC-3D04	江苏日新医疗设备股份有限公司	1	27580	27580
超声清洗机（超声波清洗机）	LK/CSJ-150L	老肯医疗科技股份有限公司	1	107000	107000
纯水机（水处理系统）	LK-GQX3-2000L	老肯医疗科技股份有限公司	1	145000	145000
总价：肆拾柒万叁仟伍佰捌拾元（小写：¥473580 元）					

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

关键部件：____/____ 品牌：____/____ 型号：____/____

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：____

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 金额：____

国别：____ 品牌：____ 规格型号：____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：473580 元

大写：肆拾柒万叁仟伍佰捌拾元

分包金额（如有）小写： /

大写： /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：验收合格后 30 日内付全款。

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 供货日期：2015 年 9 月 29 日，完成日期：2015 年 10 月 29 日。

(2) 履约地点：濮阳市第五人民医院

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：在签订合同前，乙方向甲方以转账的方式提供履约保证金，货物验收合格，设备正常运行十二个月后予以无息退还。

收取履约保证金金额：合同总额的3%*（即人民币：大写：壹万肆仟贰佰零柒元肆角小写：¥14207.4元）

设备质保期：三年

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 濮阳市第五人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 根据采购人验收程序执行

(5) 履约验收的内容: 招标技术参数, 设备安装运行情况

(6) 履约验收标准: 合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 9 月 29 日

合同订立地点：濮阳市第五人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

(附上中标文件的设备技术参数)

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	濮阳市第五人民医院	单位名称（公章或合同章）	郑州市万顺合医疗器械有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	河南省濮阳市华龙区黄河路西段路南	住 所	郑州市金水区东风路街道东风路 142 号瀚海海尚 C 座 816 号
联 系 人	陈子龙	联 系 人	马旭瑞
联系电话	18539393680	联系电话	18736171616
通信地址	河南省濮阳市华龙区黄河路西段路南	通信地址	郑州市金水区东风路街道东风路 142 号瀚海海尚 C 座 816 号
邮政编码	457000	邮政编码	450000
电子邮箱	pywuyuan@126.com	电子邮箱	18736171616@163.com
统一社会信用代码	12410900665951900X	统一社会信用代码	91410105MADJT7UY4J
开户名称	濮阳市第五人民医院	开户名称	郑州市万顺合医疗器械有限公司
开户银行	濮阳市农行开发区支行	开户银行	中国银行股份有限公司郑州行政区支行
银行账号	16465101040005989	银行账号	250791964474
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

设备参数

品名	超声波清洗机
型号	LK/CSJ-150L（单频）
用途	用于对精密手术器械和官腔内器械的超声清洗。针对手术剪、止血钳、钳子、器械盘、内窥镜等复杂结构器械，利用超声震荡空化效应，高效去除残余血渍、组织碎屑和微生物附着物，确保后续消毒灭菌质量
主要技术要求	1、总容积（L）：150 2、材质：柜体、清洗槽采用优质SUS304不锈钢一次冲压成型，无焊接处，防腐蚀、防水性能好 3、含有排水及散热装置 4、清洗温度0℃-80℃任意可调 5、工作时间数码控制，1-99分钟任意可调 6、采用微电脑控制 7、外形尺寸：850mm*650mm*910mm 8、内槽尺寸：700mm*500mm*400mm 9、超声频率：40KHz 10、超声功率：2400W 11、功率可调：20%-100% 12、加热功率：3000W 13、加热方式：电加热 14、振子：振荡器数量≥ 40只（提供品牌说明） 15、工作方式：超声波发生器采用它激式扫频电源，具有独立的振荡信号，不受负载变的影响，扫频特性可提高洗槽声场的均匀性 16、安全保护 安全保护功能：漏电保护，缺液保护，过压保护，过热保护，负载开路、短路保护

LK-GQX3-2000L 纯水机技术白皮书

- 1、设备名称：纯水机
- 2、产品水用途：为医院消毒供应中心提供纯水（可与各类清洗设备、高压灭菌等设备配套使用）
- 3、产水量： $\geq 2000\text{L}/\text{H}/\text{套}$ （ 25°C ）温度每降低 1°C ，产水量约下降 3%
- 4、电源要求： $\text{AC}380\text{V}\pm 10\%$, 50Hz, 功率 7.8Kw, 环境要求：适应于环境温度 $+5^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$ 之间，相对湿度 $\leq 80\%$ 。
- 5、脱盐率： $\geq 98\%$
- ★6、产水水质处理方式：双级反渗透
- ★6.1 纯水电导率： $\leq 5\mu\text{S}/\text{cm}$ （ 25°C ）（源水 TDS $<200\text{ppm}$ ）
- 6.2 符合医院消毒供应中心 WS310.1-2016 供应室清洗消毒技术规范。
- 7、产品技术参数
- 7.1 全自动按键控制，通过液位连锁，设备自动开、停机，实现无人值守；
- 7.2 设备具有开机自检，停电、高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置
- 7.3 多参数监测实现压力、流量、电导率等参数的在线显示；
- 7.4 多层级过滤，耗材配置高，使用寿命长，使用成本低；
- 7.5 设备能耗低，有效节约能源，耗材寿命长，制水成本低廉。制水机安装完工后提供第三方水质检测报告；
- ★7.6 主机采用 304 不锈钢架式结构，布局合理，结构紧凑，底部自带万向轮，节省使用空间、便于操作；
- 8、工艺原理：预处理系统+增压系统+双级反渗透膜处理系统+纯水输送系统
- 9、预处理系统
- 9.1 预处理系统主要由原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、阻垢剂投加装置、精密过滤器组成。
- 9.2 原水泵，采用国内知名品牌，过流部件为 304 不锈钢，能为预处理提供足够的压力和流量。
- 9.3 石英砂、活性炭过滤器，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗。内填充石英砂颗粒及 活性炭，能有效截留自来水中的泥沙，铁锈，胶体，有机物等肉眼可见物质，降低进水浊度。优质果壳烧制而成的活性炭，降低水中异色，异味，余氯及氯的衍生物，防止反渗透膜快速氧化。
- 9.4 阻垢剂投加装置，标配加药箱，材质 PE，容积 40L；用于投加阻垢剂，可以与水中的阳离子（例如镁离子，钙离子等）形成可溶性螯合物，以防止与阴离子接触，因此大大减少了水垢形成的可能性，阻垢剂可有效控制碳酸钙，硫酸钡，硫酸钙和硫酸锶垢从而防止反渗透膜结垢。
- 9.5 精密过滤器：由 5μ 精密滤芯组成，材质聚丙烯纤维，有效截留或吸附水中残存的微量悬浮颗粒、胶体等；
- ★10、双反渗透系统
- 10.1 反渗透部分具有自动冲洗、脉动循环正反洗、水满待机冲洗功能，有效避免

膜表面高浓度离子附着堆积和微生物滋生，防止反渗透膜性能快速衰减。

10.2采用优质反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）

11纯水输送系统

11.1纯水箱采用优质 PE材质容量2000L，用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过 液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

11.2供水采用恒定压力输出方式，自动恒压供水，输出稳定、无间断；

11.3管路采用UPVC材质；

YDC-3D04 救护车担架参数

技术特点

1：此担架可快速转换成椅子状，具有>4 种不同的角度位置变换便于快速心肺复苏或气管插管操作

2：通过红色操作杆，采用卡口式同步翻折机构，可折叠成四种角度位置变换，患者从坐姿到半卧位置或平卧位置转换迅速

3：当担架从车上卸下时，担架腿具备自动锁定功能

4：采用倒复式护栏，并配有安全带

5：担架垫子采用耐磨夹网布材料，厚度 8cm，采用一次性焊接阻燃、防水

6：配有倒复式二段点滴架，最高调节高度为 100cm

7：采用荧光醒目警示色设计

8：上车高度：66cm

技术参数

尺寸：高位时：【长*宽*高】190x58x84cm

低位时：【长*宽*高】190x58x27cm

靠背最大倾角：60°

轮子尺寸：150mm

自重：39kg

承重：320kg

雅博气垫床性能规格型号：9P-086530

1. 充气压力	≥12 kPa	可透过操作面板设定调整出气压力。
2. 电源电压		220V 50 Hz 55VA
3. 主机防火	防火 ABS	主机采用防火型 ABS. 可有效防止因火发生的燃烧 更加有效的杜绝塑料自燃现象.
4. 防水	主机进液防护	外壳对有害进液防护 IP21
5. 压力调整功能	10-40 mmHg	压力范围 10-40 mmHg。
6. LCD 液晶面板		人性化面板控制, 直观图像式界面, 简化护理流程, 操作易上手。
7. 自动侦测调压		自动回馈合适压力给患者, 不须额外设置压力。
8. 静态功能		在静态模式下, 平均分布载重的情况下, 人体臀部与床垫底部保持≥2.5cm 的距离而不触底
9. 波动交替方式		进行单数管充气、双数条泄气动作, 模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环, 有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况
10. 微交替功能	适用于俯卧位模式	微交替功能保障俯卧位模式下患者触底风险。
11. 波动交替时间	4 段可选	10、15、20、25 mins 进行一次充气泄气交替
12. 护理功能		将床充至最硬, 提供护理人员稳固平台, 执行各样护理动作、移动病人及摆位时安全、省力。20 分钟后会自动回复成交替模式
13. 俯卧位模式计时器		主机侦测到俯卧位模式运行开始后计时, 可于面板查看俯卧位运行时间, 给予医护人员时间提示, 适时给予干预措施。
14. 翻面转头模式		透过气垫抬起患者肩部, 泄气头部单管, 创造更多空间, 实现单人翻面的医护操作。改善面部压疮护理困难。
15. 抬肩功能		抬患者肩部, 调整头部与肩部的高低落差, 可选平坦/小角度/大角度, 减缓患者脖颈凹折, 舒适感更佳
16. 防风险按键锁		防误触面板。若 5 分钟没有变更模式或压力, 面板自动上锁, 防止人员误按。长按可解锁。
17. 风险报警提示		床垫低压时. 机器会低压报警提示 维修报警. 在机器内部件功能问题时. 机器会维修报警

		断电报警。当产品断电或停电时机器会断电报警提示 主机或床垫故障时，警示灯和警示铃 30 秒内会提醒护理人员，安排检修，增加使用安全性。
18. 报警静音		暂时将报警音的声音取消。低压报警若 3 分钟后，状况尚未解除，报警音会自动恢复。
19. 主机静音	$\leq 37\text{dBA}$	主机为静音设计，产品工作时间声音为 ≤ 37 分贝给使用者一个静音空间，达到舒适的睡眠
20. 主机轻巧	4.5 公斤	主机轻巧、附有挂勾，可挂置床尾。
21. 挂钩可调式主机		可调式挂钩，将主机放置在床板脚处的栏杆上，并调整其挂勾至最佳位置。可针对不同厚度床板快速作固定，防止脱落。
22. 易换式抗菌过滤棉		易换式抗菌过滤棉，位于主机背面，附有盖子过滤大部分灰尘
23. 床垫尺寸		200 × 90 × 20.3 cm。符合国内大部分病床搬运组合使用
24. 最大载重	200 kg	可承受较重病患之载重，满足大多数病患及特殊体重病患使用
25. 单管数量	21 根单管	200 cm 长，采用 21 个单管，相较于 20 管，具有更好的减压效果。
26. 单管材质	TPU	采用 TPU，其优势：相较聚氨酯（PU），具更优质的延展性，卧床舒适度更佳。
27. 单管可更换		具单管固定带，单管可单独拆下清洗、维修，方便快捷。
28. 激光喷孔	微气孔出气	带走接触面湿热气，保持干燥清爽达到微气候控制
29. 泄气阀客制化减压功能		气囊可独立控制泄气或充气，从而实现在俯卧位时部分易发压疮部位，如胸部、男女性器官、膝盖、脚趾，等处于零压状态，减轻护理人员调整患者体位的工作强度
30. 矩形管设计	21 根单管	全床采用 8 英吋矩形管设计，提供更多的接触面积，分散压力。并在臀部区域采用管上管，防止触底。矩形管相对圆形管，可提供更舒适的卧床体验、更优秀的减压效果。
31. 俯卧位减压面枕功能		泡棉与单管结合的独特俯卧位减压面枕设计，适用于正卧俯卧减压二用。正卧枕骨减压，俯卧耳骨减压
32. 足跟脚背减压设计		在仰卧位之下，可进行脚跟处泄气阀泄气，以达到脚跟零压效果；俯卧位之下，可进行脚背减压
33. 侧开式双开拉链床罩		方便医护人员操作泄气阀旋钮且防止渗液进入，床侧具双开式拉链。

34. 银离子床罩	银离子双向 PU 弹性布	1. 银离子双向 PU 弹性布，具有 99%抗金黄色葡萄球菌的功能 可以降低交叉感染的风险，防霉抗菌，耐高温水洗 90° C。 2. 通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性，皮肤过敏。 3. 符合 EN 597-1 & -2 防火等级。 可完全拆卸及清洗。
35. CPR 功能	1 组	床垫 CPR 泄气装置，15 秒内泄气，施行心肺急救更快速、安全。
36. 起身支撑模式（坐姿模式）		患者由卧位改变为半卧位，可自动针对臀部单管补气，使患者没有明显塌陷的感觉。
37. 床垫固定带	4 条固定带	床垫放置在床架上，在床垫底部有固定床垫的拉带，将拉带绑在床板上以固定床垫
38. 电源线收线带		床垫侧边有电源线收线带。用于固定电源线，防止电源线直接放在地上磨损或造成人员绊倒。