



渑池县人民医院

购买消毒灭菌技术服务

项目合作协议

1 缔约方

渑池县人民医院的经营符合中华人民共和国法律，主要营业地址位于河南省三门峡市渑池县黄河路与新华北路交叉口东北角，以下称为“甲方”。

河南洁菲医疗科技有限公司，一家根据中国法律设立和存续的公司，主要营业地址位于洛阳市新安县洛新产业聚集区京津路西洛新材料产业园开发有限公司 7#楼；以下称为“乙方”。

甲方、乙方在下文中合称“双方”。

2 合作意向

甲方为了满足广大人民群众需要，更好的为人民健康提供优质服务，经双方协商本着平等互惠互利的原则甲方现向乙方购买消毒灭菌技术服务，达成如下条款：

2.1 甲方将其院内消毒供应中心提供给乙方使用，包括场地和设备。消毒供应中心设在三门峡市渑池县人民医院住院部 2 号楼一楼，甲方负责向乙方提供项目实施前期所需相关分析数据。

2.2 消毒供应中心管理及运营由乙方负责，同时乙方接受甲方在质量上的管控。

甲方需承担费用包括：设备折旧、房屋折旧、水电气、器械老化更换及新增添器械等成本，同时包括因满足甲方业务发展新添加器械而需采购的设备、仪器及软件信息等成本；乙方承担人力费用、耗材采购运营成本。除本合同附录 1 第 6 条（器械的更换和修理）及附录 2 另有约定外，甲方不承担其他费用。乙方承担费用：其派驻人员的工资、绩效、社保、福利等人力成本；消毒供应中心运营所需的全部耗材（定义见 3.2.4）的采购费用；以及为履行本协议所需的其他全部运营成本。

2.3 甲方消毒供应室年度校验以及设备的校验由甲方负责，乙方可协助甲方完成相应工作，但所产生的费用由甲方负责。

2.4 乙方为保障消毒灭菌质量，将严格按照 WS310 标准执行，甲方不得向乙方提出违背消毒灭菌标准的要求。

2.5 合作期间，双方应按照协议要求履行合作，任何一方单方面违约，由此给对方造成的直接经济损失由违约方承担。

2.6 对于甲方有意向分流至乙方工作的原有员工，乙方享有优先招聘权。乙方决定

录用的，应依法与该员工签订劳动合同，建立独立的劳动关系，并承担其全部用工成本及法律责任。乙方未录用或员工不接受乙方录用的，其劳动关系及相关责任仍由甲方负责处理。本协议项下不产生任何形式的劳务派遣或劳动关系的混同。

2.7 服务期限内，甲方应当向乙方支付的服务费用为人民币【1150000元/年】，按月结算，支付金额以收到发票金额为准。

乙方向甲方提供消毒灭菌服务的期限为【叁】年，自【2026】年【01】月【01】日至【2028】年【12】月【31】日。

付款周期：月度付款

乙方需在每月7日前开具消毒灭菌服务费发票并送至院方，甲方应当于每月的【15】日前支付消毒灭菌服务费至乙方下列账户用于支付上月的服务费用。

乙方用于收取甲方支付的服务费用的银行账户为：

账户名：【河南洁菲医疗科技有限公司】

开户行：【中国建设银行股份有限公司新安支行】

账 号：【41050168690800000286】

3 双方权利和责任

3.1 甲方权利和责任：

3.1.1 将消毒供应中心场地和设备提供给乙方使用，负责消毒中心的水、电、气等介质的供应保障，费用由甲方承担。

3.1.2 负责院内水电气管路、房屋框架结构房屋的维护费用，负责相关医用垃圾污物和保洁，并承担相关费用。

3.1.3 合同中设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方，同时甲方有义务告知设备受让人本协议内容，协助乙方与设备受让人签订新的协议，由设备受让人继受甲方在本协议中权利义务。

3.1.4 甲方确保合同生效前，所有设备均无故障，须双方工程师现场确认设备具体现状，对有缺陷设备且甲方无法修复的进行备注。

3.1.5 同意为乙方管理的甲方院内消毒供应中心提供相关便利和协助。

3.1.6 甲方使用的棉球、纱布等此类耗材的采购由甲方负责。

3.1.7 消毒供应中心现有设备归甲方所有，负责消毒供应中心生产设备的校验、认证，并承担相应费用。设备损坏或故障，经双方确认不能再继续使用的且无维修价值的不在乙方服务范围内，需由甲方对设备进行更换。已达到使用年限的设备，甲方应提前告知乙方相关设备情况，依据设备状况产生的维修成本，甲、乙双方共同协商，决定是否报废或继续使用；如需维修产生的维修、保养及配件更换费用由乙方承担；如需报废

由甲方负责报废；设备过期使用相关风险责任由甲方承担。

3.1.8 负责若因政策或标准的变更，需将供应室进行升级改造时所需费用。

3.1.9 甲方承诺其具有履行本协议所需的资质和能力，本协议一经签署即构成对其具有法律约束力的文件，甲方履行本协议不会违反其与任何第三方的任何书面或口头的约定、法律法规的规定或侵犯任何第三方的合法权益。

3.2.0 甲方保证本协议项下的消毒供应中心场地和设备及其附属设施符合消防、治安、环保、卫生等方面的标准和要求，并具备供水、供电等必要的使用条件，不存在属于违法建筑、被鉴定为危险房屋、违反规定改变房屋使用性质的情形。因甲方提供的场地、设备及其附属设施的原因导致乙方无法按照约定标准完成服务内容的，责任由甲方承担。若乙方在设备使用过程中违反操作流程造成的后果，均由乙方负责。

3.2.1 甲方承诺，作为缔结本协议的主旨，在本协议期内，甲方将仅向乙方购买所需要的服务。

3.2.2 甲方负责消毒供应中心所需资质证照的办理，并承担相应费用。

3.2 乙方的权利和责任：

3.2.1 委派专业人员进行消毒供应中心的日常管理。

3.2.2 对于器械包的包装方式，乙方将按照消毒供应中心三大规范执行。

3.2.3 承担消毒供应中心乙方聘请的人员工资、绩效、签订劳动聘用合同、缴纳社保以及相关福利。

3.2.4 负责消毒供应中心所用耗材采购和供应，承担相关费用。其中耗材具体包括包装材料（无纺布、封包胶带、器械保护套、包外标签）、监测指示剂及指示卡、清洗剂、人员防护用品、酒精、洗手液、毛刷、硅胶软管耗材、设备耗材以及办公用品。

3.2.5 负责消毒供应中心无菌物品的供应和污物回收。

3.2.6 因乙方服务质量引起的感控事件，造成的直接经济损失和包括因感控事件而支出的诊疗和赔偿费用等间接损失均由乙方承担。

3.2.7 乙方仅负责合同中设备使用年限内的日常维护、维修和保养（维护及保养计划详见附录2）。乙方仅承担协议内设备的日常保养费用、耗材及零件的更换维修费用，乙方更换设备零件前需经得甲方同意。双方确认签字后方可给予更换。

3.2.8 在合同约定时间内，乙方对甲方设备的维护与保养必须坚持“预防为主”和“日常维护与计划检修相结合”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常保养，使压力容器投用后经常处于良好的运行状态，保证其长期安全、稳定运行。完善设备维护、保养及维修记录。

3.2.9 如果因乙方对设备维修及保养不及时，导致设备损坏，所造成的一切损伤均

有乙方负责。

3.2.10 乙方所有工作不得分包或转包给其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止合同。

3.2.11 乙方为甲方合同设备维修保养时所需的工具，由乙方自行配备。

4 设备维修保养的范围

澠池县人民医院消毒供应中心现有设备如下：

消毒供应中心科室医疗设备资产台帐

序号	投入时间	生产厂家	医疗设备名称	数量 (台)
1	2012.05	重庆优玛医疗科技有限公司	干燥箱	1
2	2012.05	不详	内镜清洗池	1
3	2022.1	广东粤华医疗器械有限公司	移动紫外线消毒车	1
4	2022.1	郑州天使消毒设备科技有限公司	空气消毒机	1
5	2021.1	山东新华医疗器械有限公司	全自动清洗消毒器(1号)	1
6	2021.1	山东新华医疗器械有限公司	全自动清洗消毒器(2号)	1
7	2021.1	山东新华医疗器械有限公司	超声波清洗机	1
8	2024.03	山东新华医疗器械有限公司	煮沸槽	1
9	2012.05	上海红安安全防护用品有限公司	洗眼装置	1
10	2012.05	郑州天宇环保科技有限公司	RO 反渗透纯水设备	1
11	2021.1	山东新华医疗器械有限公司	高压脉动灭菌器(1号)	1
12	2021.1	山东新华医疗器械有限公司	高压脉动灭菌器(2号)	1
13	2021.1	老肯医疗科技股份有限公司	过氧化氢等离子体低温灭菌器	1

14	2023.05	四川文康科技有限公司	点阵收据打印机(低温生物阅读器打印机)	1
15	2012.05	老肯医疗科技股份有限公司	过氧化氢等离子体低温灭菌急速生物阅读器	1
16	2022.03	浙江德利西电器有限公司	稳压器	1
17	2021.12	山东逸风医疗科技有限公司	不锈钢切割机(单层)	1
18	2012.05	牡丹江科技有限公司	凯斯普灭菌包装袋切割机	1
19	2021.12	济南瀚达电子科技有限公司	独立式过氧化氢报警器	1
20	2021.12	山东逸风医疗科技有限公司	封口机(高温)	1
21	2021.12	山东逸风医疗科技有限公司	封口机(低温)	1
22	2022.12	浙江武义圣帕机电有限公司	高效无油静音式空气压缩机(清洗机1号)	1
23	2022.12	浙江武义圣帕机电有限公司	高效无油静音式空气压缩机(清洗机2号)	1
24	2022.12	浙江武义圣帕机电有限公司	高效无油静音式空气压缩机(灭菌器1号)	1
25	2022.12	浙江武义圣帕机电有限公司	高效无油静音式空气压缩机(灭菌器2号)	1
26	2022.12	浙江武义圣帕机电有限公司	高效无油静音式空气压缩机	1
27	2012.05	不详	带光源放大镜(1号)	1
28	2012.05	不详	带光源放大镜(2号)	1
29	2021.08	不详	绝缘检测仪	1
30	2021	3M	极速生物阅读器	2
31	2024.03	山东新华医疗器械有限公司	腔镜清洗架	1
32	合计			32

5 知识产权

双方明确各方所拥有其产品和服务有关的所有知识产权不存在任何侵犯第三方权益的情形。各方不得采取可能会对该权利产生不利影响的行为。甲方不得在未经乙方事先书面同意的情况下使用乙方的标识或商标。

6 保证

双方保证将其将依照本协议规定，尽全力提供适当的技术支持来履行各自的义务。双方也保证，除非另行缔结协议，双方将按本协议规定或对自己的产品享有有关知识产权和拥有将产品许可给另一方或客户的有效许可。

7 期限

本协议自签订之日起开始生效，有效期为【叁】年，经双方书面一致同意后，本协议期限可延长。若任何一方欲在任何时候提前终止合作，需至少提前 30 日以书面形式通知另一方，且结清相关费用，通知到达另一方时起算的 30 天后本协议即告终止。

8 保密

8.1 本协议中“保密信息”指一方（以下简称“披露方”）提供给另一方（以下简称“接收方”）、或接收方在执行本协议过程中获取的，有关披露方或其关联公司、客户公司的产品、广告、分销、营销或战略计划，或有关其客户信息、技术资料、生产力或技术优势等的所有尚未公开的信息，以及与本协议内容本身有关的所有信息。

8.2 接收方应对本协议相关保密信息予以严格保密，除因法律法规的规定向法院、仲裁庭、政府机关或监管机构披露或经披露方事先书面同意的以外，接收方不得向任何第三方披露任何保密信息，亦不得为履行本协议以外之目的使用保密信息。接收方因法律法规的规定向法院、仲裁庭、政府机关或监管机构披露保密信息的，应在法律法规允许的情形下在披露前及时书面通知披露方。

8.3 双方同意，接收方应在严格的、必须知道保密信息的范围内向其相关员工、雇员、代表或代理披露保密信息，并且其应确保该等员工、雇员、代表或代理遵守与本协议规定相同的保密和不使用义务，该等员工、雇员、代表或代理对外泄露保密信息或不当使用保密信息，视为接收方违反本协议项下保密和不使用义务。

8.4 在本协议期满或终止、或披露方要求时，接收方须将保密信息全部返还给披露方，并且应在披露方提出要求时，销毁保密信息，并向披露方书面承诺相关保密信息已按披露方的要求予以销毁。本条规定并不免除接收方在本协议项下的保密和不使用义务。

8.5 本条约定的保密和不使用义务不适用于下列信息：

8.5.1 接收方有书面证据证明该等信息是由接收方在尚未接收该等信息前就已独

立开发的。

8.5.2 在披露方向接收方披露之前，接收方就应从对该等信息没有保密义务的第三方处合法取得的，并且该第三方不是违法获得和披露该等信息的。

8.5.3 己为公众所知悉，且接收方对此并无过错的。

8.6 本条规定的保密和不使用义务不因本协议期满或提前终止而终止，保密期限自接收方接收保密信息之日起至该等信息合法公开之日止。

9 不得转让

本协议仅针对签订双方，在无另一方事先书面同意的情况下，任何一方不得让渡其在本协议项下的任何权利或义务。

10 违约责任

10.1 除本协议中特别约定，双方应各自承担其自身基于本协议产生的和因履行本协议或任何其他本协议提及和指出的双方之间文件所约定义务而产生的所有费用。

10.2 如果乙方在任何时候对本协议中制定的任何服务的标准未能达到要求，甲方可以要求乙方对未能履行的义务在合理的时间内对其进行弥补，时间的期限可以由甲方授权代表明确提出，直到达到协议要求的标准为止，且乙方不就该部分工作向甲方收取任何费用。

10.4 如任意一方（以下简称“违约方”）存在违反本协议约定的行为，且经另一方（以下简称“守约方”）书面通知【30】日后仍未纠正的，守约方有权解除本协议，由违约方补偿守约方经济损失（包括但不限于守约方因违约方违约行为而向其客户或其他第三方支付违约金、赔偿金，预期可得利益、律师费，诉讼费等），违约方还应当负责补足。

11 不可抗力

任何一方因地震台风、水灾、火灾等其他自然灾害、战争及其他签订本协议时不能预见且无法防止其结果发生及结果的事件而不能履行或需延迟履行其在本协议项下的义务时，按照各方协商解决。

12 弃权

任何一方在延误或延迟行使本协议规定的权利时不对其权利产生影响或限制，并且放弃任何上述权利或对违反任何约定的追究不得视为放弃任何其他权利或任何之后违约行为追究的权利。

13 通知

任何一方按本协议向另一方发出的通知应采取书面形式，并亲自或由快递公司（若

在收件人国内投递)或采用航空邮件(若在收件人国外投递)形式送达。快递在投递五个工作日后视为已送达。航空邮件在投递七个工作日后视为已送达。通知应送达至各方上述地址或在本协议签订之后、按本协议条款变更并已通知的任何其他址。

甲方联系人及地址:张志侠 河南省三门峡渑池县黄河路与新华北路交叉口东北角

乙方联系人及地址:张景景 河南省洛阳市新安县华晶新材料产业园7号楼

14 争议解决条款

14.1 本协议的签订、生效、解释、履行、修订与争议解决均适用中华人民共和国法律(不包含港澳台地区的法律)。

14.2 因本协议或在本协议履行过程中发生的任何争议,双方首先应友好协商解决;协商不成的,任一方均应提交至甲方所在地的三门峡仲裁委员会解决。由此产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等费用均由违约方承担。

15 其他条款

15.1 本协议履行过程中凡涉及协议内容的补充、变更、解除等事宜,双方可进行协商一致后以书面形式作出。

15.2 本协议一式二份、由甲乙双方各持一份,每份具有同等法律效力,自双方签署之日起生效。

—————以下无正文—————

(本页无正文，为【渑池县人民医院】与河南洁菲医疗科技有限公司签署的《渑池县人民医院购买消毒灭菌技术服务项目临时合作协议合同》签署页)

签字项:



甲方：渑池县人民医院

地址：河南省三门峡市渑池县黄河路与新华北路交叉口东北角

日期：2025年12月29日

授权（代表）签字：张志侠

联系方式：13639829262


乙方（盖章）：河南洁菲医疗科技有限公司



地址：新安县洛新产业集聚区京津路西洛新材料产业园开发有限公司7号楼

日期：2025年12月29日

授权（代表）签字：



联系方式：15981862305

服务详述

1. 服务范围

1.1 本项服务的对象：涪池县人民医院。

1.2 服务期限

本项服务双方以 3 年为周期根据实际情况对合作内容及合作协议进行回顾总结和修正，协议履行前未提出书面异议，希望继续合作，则甲乙双方需提前 1 个月通知对方，经双方认可后进入第二个 3 年合作期。如甲乙双方任何一方不希望继续合作，需在合同终止日期前 1 个月以书面形式通知对方。

1.3 本项服务涵括了以下服务内容：

1.3.1 按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的三个标准，即

第一部分：管理规范编号 WS 310.1-2016；

第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范编号 WS 310.2-2016；

第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准编号 WS 310.3-2016。

对上述供应对象的手术器械、器械包盘、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包、科室器械包和其他可循环处理的物品按照其消毒灭菌要求对其进行处理，并保证符合规范标准。当上述国家或行业标准更新后应符合更新后的国家医院消毒供应中心标准。

1.3.2 对收回的所有器械、器械包或设备进行接收、检查、整理、分类、清洗、消毒、包装、测试和灭菌。

1.3.3 根据产品规格要求对器械包及包内其他一次性医用耗材和其他的辅助包进行准备、检查和包装。

1.3.4 使用合适并已通过验证的方法对各种医疗器械包、器械、敷料包以及其他包进行清洗、打包、灭菌等处理，且处理后的物品使用性能完好且灭菌符合国家及行业标准。

2. 运送和接收安排

日常的接收和运送地点和时间双方另行制定具体流程，该流程必须在服务开始前经双方认可。所有用来运送清洁物品和使用后的物品的物流转运箱或转运车必须为乙方批准指定转运设备。甲方应该提供足够的器械库存以保持在运送时间条件下服务的正常运转。

对于以下器械：

- a. 手持式外科精密器械
- b. 精密显微器械
- c. 硬式内窥镜
- d. 较重的动力工具

甲方需提供相应的保护性转运盒和转运车确保转运途中器械的安全和无损坏。特殊器械若需器械储存盒，甲方将采购并在开始洗消服务前提供给乙方。

甲方应当在接收地点和按照约定的频率准备好所有用于再处理的器械，并填好对应的清单供乙方工作人员签收。乙方将对此物品按协议约定进行具体的再处理，然后将其运返至约定的接收地点。甲方应确保在使用之后、被乙方接收之前，所有器械应当被放置于正确的、符合规格要求的器械盒中。在将器械装入乙方提供的转运箱之前，带有血迹或污渍的器械应当由甲方进行简单预处理，在甲方处收取器械时乙方不会进行器械包的相关清点初检；器械包的初检将在器械包运送至消毒供应中心去污间后进行。特殊感染器械（被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的器械）将由甲方做好标示后储存于乙方提供的特定转运工具，交于乙方按照 WS310.2 处理。

装箱的运送、接受都将由双方签字确认，以确保（交付的）物品符合运送单，且外观上可接受（比如包装未受损坏和干燥）。箱内物品包数量及包内缺陷通报双方另行协商制定相关流程。所有的投诉将使用双方约定的投诉程序进行管理。任一方均将任命一名授权代表就协议的履行和其任何变更的批准予以负责。本协议项下的所有通知都将致送给该授权代表。

3. 物品运送频率

器械包将根据双方所达成一致的运送时间表运回至甲方指定地点。受制于乙方的质量体系及考虑到产品处理过程中出现无法预见的突发问题的相关处理，乙方提供紧急预案，并确保至少 99.5% 的回收器械能够在双方同意的时间内完成灭菌处理并送回给甲方。器械的回送将根据运送时间表确定。

4. 器械包的追溯和报告

甲方的追溯系统提供给乙方使用，乙方按照现有流程开展工作。

5. 质量

乙方在服务过程中将一直遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准（即 WS310.1-2016； WS310.2-2016 和 WS310.3-2016）。若上述标准发生变更或更新，乙方将在第一时间执行新规定。

乙方在为甲方服务过程中将备置器械包生产流程总表。所有灭菌处理周期将由文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向甲方提供。

包括：压力蒸汽灭菌记录；

1. 物理监测：每锅（即每灭菌批次）进行；

-
2. 化学监测：每包进行，手术包还需进行中心部位的化学监测；
 3. 生物监测：每周进行，（有植入物手术器械必须每锅监测）；
 4. B-D 试验：预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前进行。
 5. 各种设备运行记录。

6. 器械的更换和修理

器械在使用过程中，存在自然损耗，乙方有责任评估并决定器械是否适宜继续使用或是否需要修理，乙方需要将无法继续使用或需要修理的器械告知甲方，器械更换或维修费用由甲方负责。甲乙双方在器械交接过程中务必对器械是否适宜继续使用或是是否需要维修更换交接清楚。乙方将尽量确保在切实可行的条件下将器械使用条件保持在优质水平，乙方对损坏的器械进行认定，并且需要将情况在 2 周内向甲方授权的联系专员进行书面通报，并将该书面报告存档。对于严重事故，乙方应当在 24 小时内提供事故调查报告。若由乙方原因造成的器械损坏，维修费用由乙方承担。

7. 客户联络和协议监管

乙方销售负责人将与甲方授权专员在关于协议执行和服务质量方面的问题上进行及时的沟通。

8. 器械包的变更控制

记录在变更控制表中的变更项目应当由乙方的地区总经理或该总经理授权人士进行评估，以确保与流程兼容以及双方的项目能兼容。

乙方将遵循由甲方负责提供的器械处理说明书的要求进行相关器械处理。如甲方未能提供器械处理说明书，乙方保留拒绝处理相关器械的权利。

双方如有需要，甲方可根据实际情况安排联系器械生产商提供相关培训。如遇到特殊情况，由甲乙双方指定的授权人进行协商处理。

9. 消毒供应中心运行时间

乙方根据甲方器械量，在保障医院需求的情况下，合理安排工作时间。

10. 器械信息

10.1 甲方将向乙方提供所能提供的所有器械的生产商说明，且保持所有与本协议服务有关的生产的最新信息可以获得。

10.2 在服务开始前，器械（包）规格清单应由双方约定并签署。

11. 外来器械管理

11.1 甲方将向乙方提供所能提供的骨科器械（含植入物）的信息，包含合同（可抹去相关关键信息）；

11.2 如甲方所用的骨科器械是由第三方器械服务公司提供，因业务需要，由第三方器械公司产生的消毒服务，计入医院工作量。

附录2 消毒供应中心设备维护保养计划

设备名称	维护保养项目	保养周期	负责人
新华全自动清洗机	检查化学助剂桶内是否足够，以备更换	每天	操作人员
	检查舱体内部是否有异物	每天	操作人员
	搬运车定期进行擦拭消毒	每周	操作人员
	定期检查门胶圈和密封性	每年	技术人员
	打印机打印记录是否清晰	每年	技术人员
	管路系统紧固无泄漏	每年	技术人员
	电路系统电线是否紧固	每年	技术人员
	定期检查干燥过滤器	每年	技术人员
	触摸屏时钟校准	每年	技术人员
	触摸屏触点校准	每年	技术人员
	舱体喷射臂轴环	每年	技术人员
	门位置、检测开关	每年	技术人员
	定期进行设备参数验证	每年	院方人员

设备名称	维护保养项目	保养周期	负责人
新华高温 灭菌器	检查打印记录是否清晰完整	每天	操作人员
	清洁灭菌器内室、导轨和滤网	每周	操作人员
	清洁灭菌车	每周	操作人员
	检查灭菌车推拉，对接是否顺畅	每月	操作人员
	检查设备总电源处火线、地线和零线是否紧固	每季度	技术人员
	检查设备电气箱内电线，电气元件是否紧固	每半年	技术人员
	检查钥匙开关是否接触良好	每年	技术人员
	检查所有阀门是否泄漏	每年	技术人员
	检查压力安全连锁装置	每年	技术人员
	检查前后门急停开关	每年	技术人员
	门传动系统部件润滑和检查	每年	技术人员
	对设备触摸屏进行校准	每年	技术人员
	更换门胶条	每年	技术人员
	定期对设备进行参数验证	每年	院方人员
	定期对安全阀进行校验	每年	院方人员
	定期对压力表进行校验	每半年	院方人员
定期对压力容器进行校验	遵照法规	专业人员	

设备名称	维护保养项目	保养周期	负责人
老肯低温 灭菌器	更换打印机碳带	视用量而定	操作人员
	检查打印记录是否清晰完整	每天	操作人员
	清洁擦拭灭菌器腔体	每周	操作人员
	检查配电箱内电线、电气元件是否 紧固	每半年	技术人员
	更换真空泵油	每年	技术人员
	更换活性炭	每年	技术人员
	更换油污滤芯	每年	技术人员
	定期进行设备参数验证	每年	院方人员
极速生物 阅读器及 打印机	更换打印机碳带	视用量而定	操作人员
	检查打印记录是否清晰完整	每天	操作人员
	对设备表面进行擦拭清洁	每天	操作人员
	使用棉签清洁检测通道孔（不可使 用酒精进行清洁）	每周	操作人员
	检查电源接头是否破损	每半年	技术人员



洁菲
Germfree

河南洁菲医疗科技有限公司

渑池县人民医院消毒供应中心

高温灭菌器维护保养记录单

设备型号		维保人员	
维保日期		联系方式	
编号	维护保养项目及内容		打“√”
1	对设备所有电线、电气元件进行检查，松动时予以紧固		
2	检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅		
3	检查门传动系统，必要时加油润滑		
4	检查前后门急停开关和钥匙开关是否接触良好		
5	检查蒸汽管路卡箍垫是否破损，必要时更换		
6	检查真空泵减震垫是否完整稳定		
7	检查所有阀门是否泄漏		
8	检查程序运行参数是否正常		
9	清洁设备疏水阀，必要时更换		
10	清洁空气过滤器，必要时更换		
11	检查压力安全连锁装置		
12	对设备触摸屏进行校准		
13	更换门胶条		
科室签字		日期	下次保养时间



河南洁菲医疗科技有限公司

渑池县人民医院消毒供应中心

全自动清洗机维护保养记录单

设备型号	维保人员	
维保日期	联系方式	
编号	维护保养项目及内容	打“√”
1	检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与舱体对接是否顺畅	
2	检查清洗架喷淋臂轴环，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊	
3	对设备所有电线、电气元件进行检查，松动时予以紧固	
4	手动开关门，检查门位置是否水平，门开、关是否运行顺畅，门限位保护是否有效	
5	检查清洁空气过滤器，必要时更换	
6	检查设备管路是否泄漏	
7	清洁打印机热敏打印头	
8	对触摸屏进行校准	
9	检查门胶圈密封性，必要时更换	
10	检查程序运行参数是否正常	
科室签字	日期	下次保养时间