

F

郑州市第十五人民医院设备验收报告

使用科室: 胃镜室

2023年8月10日

| | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 设备名称 | 医用内窥镜图像处理器 | | 型号规格 | H117-550 | |
| 出厂编号 | 8196166777 | | 出厂日期 | 2023年4月20日 | |
| 注册证号 | 粤械注准20182061081 | | 证书有效期 | 2023年12月18日 | |
| 单价 | 1596000.00 | 合同号 | 设备分类编号 | 档案号 | |
| 生产厂家 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | 电话 | 15690881550 | |
| 供货商 | 河南农投采购服务有限公司 | | 联系人 | 张烈凡 | |
| 保修商 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | 电话 | 15538226336 | |
| 经营(生产)许可证号 | 粤食药监械生产许20030666号 | | 证书有效期 | 2024年6月4日 | |
| 安装工程师 | 刘浩然 | 电话 | 16692193647 | 安装地点 | 郑州市第十五人民医院内窥镜室 |
| 进口 <input type="checkbox"/> | 报关单 <input type="checkbox"/> | | 商检证 <input type="checkbox"/> | 3c认证 <input type="checkbox"/> | 强检 <input type="checkbox"/> |
| 国产 <input checked="" type="checkbox"/> | 计量证明 <input type="checkbox"/> | | 检验检疫证明 <input type="checkbox"/> | | |
| 保修时间 | 36个月 | 主机使用期限 | 5年 | | |
| 验收记录 | 中文说明书 <input checked="" type="checkbox"/> 维护手册 <input type="checkbox"/> 维修手册 <input type="checkbox"/> 软件备份 <input checked="" type="checkbox"/> 合格证 <input checked="" type="checkbox"/> 操作规程 <input type="checkbox"/> 注册证(含制造认可表) <input type="checkbox"/> 经营(生产)许可证 <input type="checkbox"/> 开机情况 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 技术参数是否达到要求 达到 <input type="checkbox"/> 基本达到 <input type="checkbox"/> 达不到 <input type="checkbox"/> 设备是否与合同配置相符符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 资料附件是否齐全 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/> 是否培训 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 主要备件零件清单: | 1. 主机 2. 医用内窥镜冷光源 3. 高清电子胃镜 4. 电子肠镜 5. 内窥镜用送水装置 6. 内窥镜用二氧化碳送气装置 7. 内窥镜用工作站 8. 26英寸专业医用显示器 9. 台车 | | | 验收结论: 合格 | |
| 验收人: | 李华 | | 保养周期: | 3个月 | |
| 使用科室负责人: | 张浩然 | | 设备科负责: | 王树伟 | |
| 备注 | | | | | |