

# 河南省儿童医院郑州儿童医院 设备验收报告

科 室: 心电图室

日 期: 2022年 4 月 18 日

设备名称	设备型号	设备编码		
无创心输出量测量系统	Enduro	M2106M0567		
招标时间	20220316	招标地点	河南机电	
招标编号	郑财招标采购-2022-9	招标方式	院外招标	
中标型号	Enduro	安装台数	1	单价 54.9 万
注册证号	国械注进 20192072277	生产日期	2021.8.19	
生产商	法国曼泰科	层次类别	进口: <input checked="" type="checkbox"/> 合资: <input type="checkbox"/> 国产: <input type="checkbox"/>	
经销商	深圳中城子供应链管理有限公司	联系人	徐俊	电话 18697328986
售后机构	北京莫林科技有限责任公司	联系人	徐俊	电话 13163236693
设备安装运行情况说明:		设备运行功率:		
设备运行良好。		厂家安装工程师: 徐俊		
设备验收:				
1. 设备是否完好无损 (包装、外观等):	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
2. 设备资料、附件等是否齐全:	齐全 <input checked="" type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>		
3. 设备安装场地是否符合要求:	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	基本符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	
4. 设备运行情况是否正常:	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	不正常 <input type="checkbox"/>		
5. 设备技术参数是否达到要求:	达到 <input checked="" type="checkbox"/>	基本达到 <input type="checkbox"/>	达不到 <input type="checkbox"/>	
6. 设备安装、调试、培训是否满意:	满意 <input checked="" type="checkbox"/>	基本满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>	
7. 安装设备是否与中标承诺配置相符:	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>		
8. 设备验收其他情况说明:				
管理部门 签字	张丰		工程师 签字	张丰
			使用科室 签字	心电图室/2022

(归档联)