

河南省儿童医院郑州儿童医院 设备验收报告

科 室：超声医学科（南区）

日 期：2022年 1 月 19 日

设备名称	设备型号	设备编码			
彩色多普勒超声诊断仪	迈瑞 Resona I9	KF8-21000545			
招标时间	20211224	招标地点	河南兴达		
招标编号	郑财招标采购-2021-409	招标方式	院外招标		
中标型号	迈瑞/Resona I9	安装台数	1	单价	199.8 万
注册证号	粤械注准 20202061582	生产日期	2022-01-05		
生产商	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	层次类别	进口： <input type="checkbox"/>	合资： <input type="checkbox"/>	国产： <input checked="" type="checkbox"/>
经销商	河南迈瑞生物科技有限公司	联系人	刘洋	电话	15517105536
售后机构	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	联系人	李宇	电话	18665931491
设备安装运行情况说明：		设备运行功率：650VA			
		设备运行良好			
		厂家安装工程师：李宇			
设备验收：					
1. 设备是否完好无损（包装、外观等）：		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
2. 设备资料、附件等是否齐全：		齐全 <input checked="" type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>		
3. 设备安装场地是否符合要求：		符合 <input checked="" type="checkbox"/>	基本符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	
4. 设备运行情况是否正常：		正常 <input checked="" type="checkbox"/>	不正常 <input type="checkbox"/>		
5. 设备技术参数是否达到要求：		达到 <input checked="" type="checkbox"/>	基本达到 <input type="checkbox"/>	达不到 <input type="checkbox"/>	
6. 设备安装、调试、培训是否满意：		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	基本满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>	
7. 安装设备是否与中标承诺配置相符：		符合 <input checked="" type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>		
8. 设备验收其他情况说明：		无			
管理部门 签字			工程师 签字	使用科室 签字	