

河南省儿童医院郑州儿童医院

设备验收报告

科室：南区检验科

日期：2023年04月10日

设备名称	多色流式细胞仪
设备型号	贝克曼 DxFLEX
设备编码	BF25143
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

招标时间	20220207	招标地点	河南兴达
招标编号	郑财招标采购-2022-2	招标方式	院外招标
中标型号	贝克曼 DxFLEX	安装台数	1套
		单价	80万
注册证号	苏械注准20182400262	生产日期	2022年06月21日
生产商	贝克曼库尔特生物技术有限公司	进口： <input type="checkbox"/> 合资： <input type="checkbox"/> 国产： <input checked="" type="checkbox"/>	
代理商	郑州莱福尚生物技术有限公司	联系人	李翔
售后服务	贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司	联系人	朱辉
		电话	18702686888
		电话	18520015007

设备安装运行情况说明：

设备运行功率：

设备运行一切正常

设备验收：

厂家安装工程师：朱辉

设备是否完好无损(包装、外观等)：	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
设备资料、附件等是否齐全：	齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/>
设备安装场地是否符合要求：	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
设备运行情况是否正常：	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/>
设备技术参数是否达到要求：	达到 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 <input type="checkbox"/> 达不到 <input type="checkbox"/>
设备安装、调试、培训是否满意：	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
7. 安装设备是否与中标承诺配置相符：	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8. 设备验收其他情况说明：	

(四档联)

使用科室 签字

工程师 签字

朱辉

朱辉

朱辉

朱辉