

政府采购进口设备专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	电脑验光仪
拟采购产品金额	约 14.95 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院 2025 年医学装备采购项目（电脑角膜验光仪、眼压计、眼轴生物测量仪）
采购项目所属项目金额	77.9 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：（如果国内无相应设备可供选择，则选此项）	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：（此项一般不选择）	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
<p>原因阐述：</p> <p>电脑角膜验光仪是眼科检查的基础设备，使用率高，能在短时间内完成多次测量。进口品牌有超低的故障率，稳定的性能。能够确保检查结果的准确性和一致性，使操作人员可以快速准确的分析患者病因，充分满足医生的临床需要。</p>	
三、专家论证意见	

论证意见:

采购人所采购的试验仪器, 用于厚度测量、角膜曲率测量、对数视力、故障率要求高、测量范围 20-85mm, 最小孔径 $\leq 2.0\text{mm}$, 角膜曲率半径 5-10mm, 曲率 33.75D-67.50D。目前国内产品与进口产品差距较大, 不能满足高精度检测要求, 同意采购进口产品。

专家签字:

郭月明

联系方式:

13838133582

2025年1月21日