

# 政府采购进口设备专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	电脑非接触眼压计
拟采购产品金额	约 14.95 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院 2025 年医学装备采购项目（电脑验光仪、眼压计、眼轴生物测量仪）
采购项目所属项目金额	77.9 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：（如果国内无相应设备可供选择，则选此项）	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：（此项一般不选择）	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
<p>原因阐述：</p> <p>非接触眼压计主要用于测定眼压。对青光眼、网脱、虹睫炎并发症、眼球萎缩、眼球穿孔等一些疾病的诊断起到决定性作用。市场上进口产品具有测定时间短，操作更方便的特性，性能稳定，使用年限长，主流产品多为进口品牌，国产品牌在技术和质量上尚不能满足大型专科医院的需求。</p>	
三、专家论证意见	

论证意见:

采购人所采购的非接触式眼压计属于无接触测量眼压, 技术参数要求  $1\text{mmHg}-30\text{mmHg}$ 、 $1\text{mmHg}-60\text{mmHg}$ 、平均值显示  $1\text{mmHg}/0.1\text{mmHg}$ , 可根据角膜厚度设置校正眼压值, 具有安全制动装置, 目前进口设备在价格、精度、稳定性等方面具有较大优势, 符合国家相关法规要求, 同意采购进口产品。

专家签字:



联系方式:

13838133582

2025年11月21日