

论证会专家签到表

项目名称：PCR 实验室设备

2020 年 08 月 31 日

单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
汝州市妇幼保健院	刘劲松	女	工程师	大专	医疗器械	13939919255
洛阳市疾控中心	王亭川	男	副主任	本科	医学	13592090026
联勤保障部队989医院	李斌	男	工程师	本科	医学电子	13838885858
河南科技大学	米银洁	男	副教授	博士	实验仪器	15838506823
洛阳市疾病预防控制中心	张丽君	女	副高	本科	法律	13937957799

专家论证意见

申请单位	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	
采购项目名称	PCR 实验室设备	
拟采购产品名称	荧光定量 PCR 仪（进口）	

申请理由：1. 因国产设备精确度和工作效率无法满足当前工作需求
2. 其他：（√）

专家论证意见：

该设备用于核酸检测，属于疫情防控物资，因当前疫情防控形势严峻，核酸检测工作量大，且检测结果直接关系到疫情防控工作的成败，因此，建议采购进口设备（以美国为例）其技术先进、性能稳定、使用寿命长，且检测结果准确，能够满足当前工作需求。建议采购进口设备。

专家姓名：（列所有参与论证的专家姓名）

王 111
2020 年 8 月 31 日

专家论证意见

申请单位	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	
采购项目名称	PCR 实验室设备	
拟采购产品名称	荧光定量 PCR 仪（进口）	

申请理由：1. 因国产设备精确度和工作效率无法满足当前工作需求
2. 其他：（√）

专家论证意见：

因区级疾病预防控制中心为国家公共卫生体系的重要组成部分，承担着区级疾病预防控制和突发公共卫生事件的应急处置。目前国产的荧光定量PCR仪仅在反应速度和质量稳定性上和建设资金还有一定区别。现在三甲医院使用的设备上都有建设资金以及确保工作速度和准确性的。故建议采购进口产品

专家姓名：（列所有参与论证的专家姓名）

孙志宏

2020年8月31日

专家论证意见

申请单位	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	
采购项目名称	PCR 实验室设备	
拟采购产品名称	荧光定量 PCR 仪（进口）	

申请理由：1. 因国产设备精确度和工作效率无法满足当前工作需求
2. 其他：（√）

专家论证意见：

该设备进口的各项技术指标普遍优于国产设备。诊断准确性高，设备使用周期较长，故障率低，安全性好。国产设备与之相比尚有一定差距，根据目前疫情形势，建议采购进口荧光定量 PCR。
另外，该类设备不属于禁止进口限制进口货物。

专家姓名：（列所有参与论证的专家姓名）

李XX

2020 年 8 月 31 日

专家论证意见

申请单位	洛阳市涧西区疾病预防控制中心
采购项目名称	PCR 实验室设备
拟采购产品名称	荧光定量 PCR 仪（进口）

申请理由：1. 因国产设备精确度和工作效率无法满足当前工作需求
2. 其他：（√）

专家论证意见：
经过采购方提供的相关资料审查和采购仪器符合《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标法》，建议涧西区疾病预防控制中心，采购该进口设备。

专家姓名：（列所有参与论证的专家姓名）

张丽君（法律）

2020年8月31日

专家论证意见

申请单位	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	
采购项目名称	PCR 实验室设备	
拟采购产品名称	荧光定量 PCR 仪（进口）	

申请理由：1. 因国产设备精确度和工作效率无法满足当前工作需求
2. 其他：（√）

专家论证意见：

本次涧西区疾病预防控制中心实验室设备采购，经过论证：PCR实验室设备种类，技术参数和性能均能满足疫情防控及科研需要，采购可行。但个别参数细节需完善，已在论证会上提出，建议完善。

专家姓名：（列所有参与论证的专家姓名）

朱银成

2020年 8月31 日