

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李斌	职称	工程师
工作单位	989医院		
采购单位名称	河南科技大学第一附属医院		
项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购		
供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专家论证意见	奥林巴斯电子胃肠镜技术成熟,稳定,图像清晰度高,色彩逼真,特别是该设备具备的窄光谱光415nm蓝光+540nm绿光具有功能,该功能为消化道早癌诊断的金标准。为配合该单位“城市癌症早诊断早治疗项目”建议采用单一来源方式从奥林巴斯在河南的唯一代理商河南康桥科技有限公司采购。		
	专家签名: 李斌	2021年4月15日	

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	刘劲宏	职称	工程师
工作单位	洛阳市妇幼保健院		
采购单位名称	河南科技大学第一附属医院		
项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购		
供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专家论证意见	该项目设备为恶性肿瘤早期诊断设备。 “窄带光415nm蓝光+540nm蓝绿光”为行业内公认的 消化道早癌诊断金标准。目前该技术为奥林巴 斯所独有技术。均建议单一来源采购。		
	专家签名：刘劲宏 2021年4月15日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	沈亚平	职称	工程师
工作单位	新乡市人民医院		
采购单位名称	河南科技大学第一附属医院		
项目名称	河南科技大学第一附属医院肿瘤服务能力提升项目高清电子胃肠镜采购		
供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专家论证意见	河南科技大学第一附属医院是我市标杆医疗机构，承担着“城市癌症早诊早治项目”，而奥林巴斯为“城市癌症早诊早治项目”的设备支持单位。其中“窄带光415nm 蓝光+540nm 绿光”具有独特性，且该功能的技术参数符合行业标准，是早诊早治的金标准。根据市场调研，此功能的设备只有奥林巴斯产品牌最完备。为提高消化道癌早期筛查的筛查能力，改善相对落后的设备条件，提高“城市癌症早诊早治项目”的工作质量，从满足临床使用，满足患者需求考虑，建议医院采购该产品。		
	专家签名：沈亚平	2021年4月15日	