

论证专家签到表

项目名称：商城县人民医院64排CT球管采购项目

序号	姓名	性别	工作单位	职务（职称）	手机	备注（时间）
1	周刚	男	信阳市中医院	医师	13700769158	9:00
2	刘晶晶	女	信阳市妇幼保健院	副经理	13633768979	9:00
3	刘阳	男	信阳市高新技术学校附属医院	院长	13700765599	9:00
4	林华	男	信阳市第一人民医院	副主任医师	13503760609	9:00
5	洪修驰	男	河南昊中律师事务所	律师	18703693045	9:00

河南招标采购服务有限公司

日期：二〇二一年 11 月 15 日

专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	商城县人民医院
拟采购项目名称	商城县人民医院 64 排 CT 球管采购项目
拟采购项目金额	135 万元
二、申请理由	
1. 只能从唯一供应商处采购的： <input type="checkbox"/>	
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的： <input type="checkbox"/>	
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的： <input checked="" type="checkbox"/>	
原因阐述： <p>球管是 CT 机的核心部件，不是单独存在能使用的设备，必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 整机的匹配性测试实验，才能保障、安全、高效和更加的图像质量。</p> <p>现拟采购西门子原厂球管，原因有：1、西门子原厂球管属于不可替代的专利、专有技术有效期内的产品；2、第三方球管不能与西门子 CT 整机匹配性测试的检验报告；3、保证安全、有效的为患者提供诊疗服务。</p> <p>因 CT 图像的质量与球管质量及安装调试水平有明显关联，球管实际参数与系统要求的细小差异，可能引起图像不易察觉的细节损失，甚至导致图像质量的明显偏差，球管更换后需要用原机软件调试并确保球管各项参数与原机匹配。</p>	

周 晓 洪 刘 洪

三、专家论证意见

CT球管属于X线计算机系统的核心部件，该部件老旧，损坏后更换，新部件与原设备系统的参数，尺寸应尽可能有微小和任何差异。为保障X线计算机系统整机的良好运转和使用，保障CT球管与系统的适宜匹配，建议采取统一来源购置。

刘 刚 张 磊 周 斌 洪修驰

专家签字：

2021年11月15日

洪修驰