脑灌注技术参数	
提供动态成像技术	
1	提供动态成像技术名称
2	注明动态成像扫描方式
3	动态成像最大扫描范围 $\geq 4\text{cm}$
4	具备容积灌注后处理软件，提供软件名称
5	提供横断位、冠状位、矢状位三维容积灌注图像
6	容积灌注软件能够提供脏器灌注的 CBV、CBF、PPT 等完善的灌注参数
7	提供 $\geq 4\text{cm}$ 动态成像
8	具备自动定位功能：依据检查部位不同（如头等），在扫描定位像后，主机可自动确定扫描范围。
9	具备动态功能检查程序，以不同扫描间隔，在单一层面进行连续采集的技术。
10	具备连续、不间断的断层扫描，最多可以进行 100 次扫描
11	在单一层面进行连续的数据采集，进行定量分析，显示时间—密度曲线。
CT 灌注软件包	
1	提供脑灌注软件
2	提供脑灌注参数：CBV、CBF、TTP、MTT 等
3	提供脑灌注时间密度曲线
4	软件具备运动校正功能，可消除病人呼吸运动导致的测量误差
5	可靠的脑灌注程度和类型的分析
6	自动参考血管及中心线定义、简便快捷工作流程
7	灌注参数可自动显示
8	所有灌注数据的三维分析
9	三维显示和评估血管渗漏
10	专用的 3D 血脑屏障图像